



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2980

Döküm Tarihi : 10/01/2019 11:44:00

İstem Tarihi : 10/01/2019

Bölüm Adı : Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı Stoğu

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J01-016591

KR1040 ABLASYON KATETERİ (MULTICURVE) 7 F. 110 CM.

Standart RF Ablasyon Kateteri (Multidireksiyonel)

1. Kateter 7F çapında, en az 110 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Kateter 4 elektrod olmalı, uç elektrodu 4 mm genişliğinde, elektrod aralıkları ise 2-5-2 mm düzeninde olmalıdır.
3. Kateterin ucu her yöne hareketli (multidirectional steerability) olmalı, bu hareketli ucun uzunluğu, dolayısıyla hareketlilik kurvatürü hasta özelliklerine göre ayarlanabilmelidir. Kateterin uç elektrodunda termokuplör sensör bulunmalıdır.
4. Kateter kliniğimizde bulunan Atakr RF Ablasyon cihazı ile uyumlu çalışabilmelidir
5. Teslim tarihinden itibaren en az 12 (oniki) ay miatlı olacaktır.
6. Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
7. Kateter CE belgeli olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Gör. Dr. Barak SEZENÖZ  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
KARDİYOLOJİ A.D.  
Dip. Tesc. No: 113142

Doc. Dr. Sedat TÜRKÖĞLU  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Kardiyoloji  
Dip. No: 94-322-102 Dip. Tesc. No: 70000

Sağlık Teknisyeni Recep DEMİR

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi