



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

186

Şartname Numarası : 42098

Düzenleme Tarihi : 23.07.2018

KOD : J01-011411 /

MALZEME ADI : İDRAR KABI (STERİL).

(J01-011411) STERİL İDRAR KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İdrar kapları PVC'den imal edilmiş ve 100cc kapasiteli olmalıdır.
2. Kapak kısmı vidalı olmalı çarpma ve devrilmelerde sızdırmaz özelliğe sahip olmalıdır.
3. Fonksiyonel açma ve kapama özelliğine sahip olmalıdır.
4. Gövdesi sert olmalı kırılmaz malzemeden imal edilmelidir.
5. Gövdesi şeffaf olmalı üzerinde idrar hacmini gösteren dereceler olmalıdır.
6. Kapak ve gövde kısmı barkod yapıştırmaya uygun düzgün yüzeyli olmalıdır.
7. Kap ve kapak kenarları çapaksız olmalıdır.
8. Kapak gövde kısmına tam oturmalı sızdırmaz özellikte olmalıdır.
9. İdrar kabı tekli steril ambalajlarda olmalı, ambalaj üzerinde UBB barkodu, lot numarası, sterilizasyon şekli, son kullanma tarihi ve sahip olduğu kalite güvenlik belgeleri açıkça okunabilir şekilde yazıyor olmalıdır.
10. Teklifte birlikte şart nameye uygunluğun denetlenmesi için 5 adet numune getirilmesi gerekmektedir. İhale sonrası teslim edilen kaplar numune ile birebir uyumlu olmalıdır. Nihai karar numune değerlendirilmesi sonucu verilecektir.
11. Ambalajlar kolay depolanabilir ve taşınabilir özellikte olmalı, kullanım esnasında seri hata çıkması durumunda hatalı seri en geç 15 iş gününde yenisi ile değiştirilmelidir.
12. Son kullanım tarihine 3 ay kalan kullanılmamış idrar kapları son kullanım tarihi daha uzun olanlarla ücretsiz olarak değiştirilmelidir.
13. TITUBB kaydı olmalıdır.
14. CE belgesine sahip olmalıdır.

Nöroloji Yoğun Bakım
Birim Sorumlusu
Mehtap Dere U.
Ali Okmuş
Okmuş

Hemsire
Hosibe Ugan Ceylan
Ugan

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN