

## TIRNAK FIRÇASI

1. Tek kullanımlık disposable ambalajda olmalıdır.
2. Ambalaj içinde en az 15 ml. %7,5'luk povidon iyot antiseptik çözeltisi bulunmaktadır.
3. Ambalaj içindeki % 7.5'luk povidon iyot antiseptik çözeltisi. cerrahi el yıkama sırasında köpürmeli. ciltte kalıcı renk bırakmamalıdır.
4. Ambalaj içindeki % 7.5'luk povidon iyot antiseptik çözeltisi ellerde alerjik reaksiyona ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır.
5. Tek kullanımlık fırça kolay sıyrılabilir ve açılabilir film ambalaj içinde sunulmalıdır.
6. Ambalajın bir ucu makas ve benzeri kesici alet kullanmayı gerektirmeyecek şekilde parmaklar kullanılarak kolayca açılabilir özellikte olmalıdır.
7. Ambalaj hava almayacak özellikte olmalı. oda sıcaklığında depolama sırasında kurumamalıdır.
8. Üretici firma depolama sırasında kurduğu saptanan ürünleri değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
9. Fırçanın üzerlerinde sünger antiseptik solüsyonu yeterince emmiş olmalı ve ambalaj açıldığında fırça kullanılmadan önce solüsyon kontrolsüz bir şekilde akıp gitmemelidir.
10. Sünger fırçaya iyi yapışmış olmalı. Uygulama sırasında fırçadan ayrılmamalı. sünger cildi tahrişetmemelidir.
11. Süngerli kısım kullanılırken fırça kenarları cilde batmamalıdır.
12. Tek kullanımlık fırça kullanım sırasında tırnak diplerine ve cilde zarar vermeyecek yumuşaklıkta olmalıdır.
13. Ürünün T:C İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden imal veya ithal ruhsatı bulunmalıdır.
14. Ürünün hastaneye teslim tarihinden itibaren miyadı 2 (iki) yıl olmalıdır.
15. Ambalaj üzerinde seri numarası .içeriği. saklama koşulları. imal tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
16. Ürün değerlendirme aşamasında kullanılmak üzere en az 20 adet tek kullanımlık fırça numune olarak teslim edilmelidir. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de ;Ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.
17. Her ürünün üzerinde bir bir barkotu bulunmalıdır.

Ebru KARAVELİ  
Anestezi ve Reanimasyon  
Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gezi Hastanesi  
Anestezi ve Reanimasyon  
Dip. No: 825 - Dip. Tes. No: 69781