


Trakeostomi Filtresi Teknik Şartnamesi

1. Isı ve nem geçirgen olmalıdır
2. 24 saat kullanıma uygun olmalıdır
3. Steril olmalıdır
4. Kolay yerleştirilmelidir
5. Tekli paketler halinde olmalıdır
6. Ağırlığı 8,5gram olmalıdır
7. Sıkıştırılmış volümü 16ml olmalıdır
8. Konektörü 15 female olmalıdır
9. 500ml de 2 saate nem çıkışı 28,5mg H₂O/l olmalıdır
10. 500ml de 24 saate nem çıkışı 28,5mg H₂O/l olmalıdır
11. 500ml de 24 saate ısı çıkışı 29 derece olmalıdır
12. 500ml de 2 saate ısı çıkışı 29 derece olmalıdır
13. Filtreyi çıkartmadan aspirasyon ve numune alınmasına olanak veren açıklığı bulunmalıdır
14. Trakeostomi hastalarında kullanıma uygun olmalıdır
15. Filtre içindeki malzeme selulozdan imal edilmiş olmalıdır
16. Yüzeypdeki new değışimi minimum 500cm kare olmalıdır
17. Direnç derecesi 30.l/dk da 0.7 cmH₂O olmalıdır
18. Direnç derecesi 60 l/dk da 1.8 cmH₂O olmalıdır
19. Direnç derecesi 90.l/dk da 3.0 cmH₂O olmalıdır


Prof. Dr. A. Merdun KAYMAZ
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
BEYİN VE SINIR CERRAHİSİ
Diploma No: 413
Dip. Teselli No: 54473


Dr. Dr. Ali Özgür AKSOY
İ.C. Gazi Üniversitesi Cerrah Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dış. No: 025116-103 Dış. Tec. No: 148398