

J01-01E261

TEFLON KANÜL 22G 10 CM 10 MM DÜZ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünler steril ambalajlarda olmalıdır.
2. Ambalaj üzerinde Ubb, marka, miad, distürübütör ve üretici firma bilgileri lot numarası yazılı olmalıdır.
3. Ürün iki parçadan oluşmalıdır. Obturator ve kanül kısmı olmalıdır.
4. Kanül kısmı teflon kaplı izole olmalıdır.
5. Aktif kısım yalıtılmamış ,10 mm ölçülerinde olmalıdır.
6. Keskin düz uçlu olmalıdır.
7. 22 G kalınlık ta olmalıdır.
8. Kanül kullanım uzunluğu 100 mm ölçülerinde olmalıdır
9. Kanül şaft kısmı, özel koruyucu tüp içinde olmalıdır.
- 10.Rf kanül kliniğimizde mevcut reusable elektrodlar ile uyumlu olmalıdır.
- 11.Her 50 adet kanül için 1 adet TCPRF set verilmelidir.
- 12.Teslim edilen ürünler en az 1yıl miatlı olmalıdır.
- 13.Ürünler kliniğimizde mevcut Top TLG-10 STP Jeneratöre uyumlu olmalıdır.
- 14.Ürünler TITUBB / ÜTS sistemine kayıtlı olmalıdır.

(Handwritten signature)
Prof. Dr. Mehmet TUBB KAYA
Gaziantep Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Diyarbakir

(Handwritten signature)
Prof. Dr. Avni SABACI
I.C. G.Ü.T.F. Gaziantep Hastanesi
KARDİYOLOJİ VE REANİMASYON
Eğilim No: 1000
Diyarbakir No: 27070