

JCDL-012712

## KONTEYNİR KİLİDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Üretici firma EN ISO 9001:2015 Kalite belgesine sahip olmalıdır.
- 2: Üzerinde maruziyeti gösteren indikatör bulunmalıdır.
- 3 .Konteynırların kilit flaplarına rahat takılabilmelidir.
- 4.Ürün 134 ve 121 derece buhar otoklava dayanıklı olmalıdır.
- 5.Emniyet kilitleri kilitlendikten sonra kırılarak açılma özelliğine sahip olmalıdır. Kilitler kendiliğinden kırılmamalı ve darbelere dayanıklı olmalıdır.
- 6.Emniyet kilidi konteynıra güvenlik amacıyla takılmalıdır,
- 7.Teslimat 100 lük veya 1000 lik paketlerde olmalıdır.
8. Kilit rengi mavi veya kırmızı olmalıdır.
- 9.Hastane ünitelerindeki konteynırlara uygun olmalıdır.

Ebru KARANE  
Ameliyathane  
Birim Sorumlusu

Prof.Dr. Yusuf ÜNAL  
T.C.Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Anestezi ve Reanimasyon  
Dip.No: 825 / Dip.Tes.No:69781