


TEMİZ HAVA TÜPLÜ SOLUNUM MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( SOLUNUM SETİ)

1. 6 lt. 300 bar basınçlı kompozit hava tüpü  
Talep regülatörü ( ana cihaza entegre)  
Pozitif basınçlı tam yüz maskesi  
Ana cihaz ( Sırtlık – regülatör – Alarm – manometre ) bulunmalıdır.
2. Sırtlık üzerindeki yüksek basınç regülatörü ve bu tüp içindeki havanın bitmesine yakın, kullanıcıyı uyararak erken uyarı alarm ve ikaz veren sistemi yer alacaktır.
3. CE işareti ve EN 137 belgeli olacaktır.
4. Satın alınan Firma tarafından; kullanımı hakkında eğitim verilecektir.

  
Dilek YILMAZ  
G.Ü. Sağlık Arş. ve Uyg. Mrk.  
Sivil Savunma Uzmanı

  
Sezai DEMİR  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi  
İş Güvenliği Uzmanı Belge No: 122170