



T.C  
GAZI ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0  
İstem Tarihi : 23/01/2019  
Bölüm Adı : Merkez Depo Birimi Fatura Giriş Stoğu

Döküm Tarihi : 23/01/2019 10:10:00

Malzeme Kodu : J01-013550  
Malzeme Adı : FINE CHAMBER.

IQ CHAMBER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- IQ Chamber katkı maddesi serbest polietilen plastikten üretilmiştir
- IQ Chamber 2 sütun 5 sıra olmak üzere 10 kuyucuk olarak allerjik olmayan yapışkan bir panel üzerinde sunulur.
- Panelin üzerindeki 10 bölümü kapatacak şekilde kalın bir plastik kapak mevcuttur.
- Kuyucukların hacmi 65 ve iç alanı 9x9 mm'dir.
- Panel üzerindeki kuyucukların arası 12 mm olup her sıra arasında 20 mm mesafe vardır.
- Panelin genişliği 68 mm uzunluğu 142 mm'dir.
- IQ Chamber kullanımının en büyük avantajı, testleri önceden hazırlayıp buzdolabında poşet içinde 1-2 haftaya kadar saklayabilmektir.

Prof. Dr. Mustafa ALEKON  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Diyadinin Bulvarı  
33. Tesis

Prof. Dr. Mustafa ALEKON  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Diyadinin Bulvarı  
33. Tesis

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN