

Konnektör (drenaj tüpleri için) Teknik Şartnamesi

Süt Kodu: GR1253

Jenerik Kodu: j01-011587

- 1) Konnektör drenaj kateterleri ile çam uçlu drenaj torbaları arasındaki rahat kullanımlı ve sızdırmaz bağlantıyı sağlamak için dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2) Malzeme uzun süreli (en az 6 ay) kullanımda deforme olmamalıdır.
- 3) Konnektörün bir ucu erkek ve bir ucu dişi olmalıdır. Erkek uçta luer lock bağlantısı olmalıdır. Dişi uç çam uçlu adaptöre uyumlu olmalıdır.
- 4) Maksimum 20+/-5 cm uzunlukta olmalıdır.
- 5) Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 6) Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
- 7) Son kullanma tarihinden 2 ay önce başvurulduğu takdirde firma miadı dolacak olan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.


Doç. Dr. Mehmet Koray AKKAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Radyoloji
Dip.No: 12301 Dip.Tes.No: 103061


Prof. Dr. Erhan TILGİT
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Radyoloji Uzmanı Başkanı
Diploma No: 1548

Embolizan, sıvı, adheziv, akrilat, nbca / modifiye Teknik Şartnamesi

VENERİK KODU: J01-011279

- 1) Nöroradyolojik ve periferik girişimlerde arteriyovenöz malformasyonların veya fistüllerin süper selektif kalıcı embolizasyonunda kullanılır.
- 2) İçeriği siyanoakrilat olmalıdır.
- 3) 0.5 ml.lik steril plastik tüplerde 0.5gr.lık siyanoakrilat içeren formda sunulmalıdır.
- 4) Işık almayan ve koruyuculu orijinal ambalajlar içerisinde steril halde bulunmalı ve +5 °C altında depolanmış olmalıdır.
- 5) Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 6) Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
- 7) Firma kullanım süresi bitiminden iki ay önce başvurulduğunda ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

Doc. Dr. Mehmet Moray AKKAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Radyoloji
Dip.No: 12801 Dip.Tes.No: 163061

Prof. Dr. Erhan T. GİT
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Radyoloji A.D. Başkanı
Diploma No: 7548