



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2509  
İstem Tarihi : 12/12/2018  
Bölüm Adı : Üroloji Servisi Stoğu

Döküm Tarihi : 22/01/2019 11:38:00

Malzeme Kodu : J01-012596  
Malzeme Adı : UR1064 SUPRAPUBİK DRENAJ SETİ 10 F

SUPRAPUBİK DRENAJ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Takılma işlemi sırasında gerekecek malzemeleri içeren set halinde olmalıdır.
2. Mesane drenajını sağlayacak kateter % 100 silikon materyalden yapılmalıdır
3. Kateter açık uçlu ve mesanede tespiti sağlayacak balonlu olmalıdır.
4. Kateter çapı 10 F, uzunluğu 45-55 cm olmalıdır.
5. Setin içinde en az 10 cm uzunluğunda, kateter çapı ile uyumlu, suprapubik girişi sağlayacak, işlem bitiminde ikiye ayrılabilir trokar bulunmalıdır.
6. Setin içinde en az 2000 cc'lik idrar torbası bulunmalıdır.
7. Setin içinde insizyon için kullanılacak uygun bistüri bulunmalıdır.
8. Uygun şekilde steril ambalajda bulunmalıdır.
9. En az iki yıl son kullanma tarihi olmalıdır
10. Ürünün uluslararası kalite belgeleri bulunmalıdır
11. Teklifte beraber bir adet numune verilmelidir.
- 12.

Prof. Dr. Mahir ONARAN  
T.C.G.Ü.F. Gazi Hastanesi  
Üroloji  
Diploma No: 10996  
Dip. Tescil No: 84227

Ela YALÇIN  
Üroloji Grubu Hemşiresi

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Hemşire Ela YALÇIN

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi