

SÜREKLİ FORM KAPATMA VE BASKI MAKİNASI (hm 800 dc) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1-Ayarlanabilir Dijital LCD ekranı ile sıcaklık istenilen dereceye kadar ayarlanabilir olmalıdır.
- 2-Ayarlanabilir Dijital LCD ekranı ile gerekli tüm programlanmalar yapılabilir olmalıdır.
- 3-Programlanma Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinde olmalıdır.Ayrıca Türkçe menü de olmalıdır.
- 3-Saat ve Takvim fonksiyonları olmalıdır.
- 4-Makine kapalı iken bile data saklama fonksiyonu olmalıdır.
- 5-Batch sayıcısı yeniden başlatabilme özeliğine sahip olmalıdır.
- 6-Sterilizasyon rulosu makineden çıktıktan sonra rulo üzerinde üretim, son kullanma tarihi, LOT numarası ve paketlemeyi yapan kişinin ismi yada numarası hem yazı ile hemde grafikler ile belirtilebilir olmalıdır.
- 7-Makine istenilen ısı derecesine gelmeden rulonun kapanma güvenliği açısından çalışmaya başlamamalıdır.
- 8-Kapama makinesi dakikada 10 metre kapatma yapabilmelidir.
- 9-Kapanma genişliği 0,5inc olmalıdır.
- 10-Basılması gereken yazı karakterlerinin ebatları ayarlanabilir olmalıdır.
- 11-İstenildiğinde yazıcı devreden çıkarılabilir olmalıdır.
- 12-Flex sealing system özelliğine sahip olmalıdır.Yani1.2cm eninde tek bariyerli yapıştırma şekline sahip olmalıdır.
- 13-24,4 x 10,2 x9,5inc ebatlarında olmalıdır.
- 14-ISO veya CE Belgelerinden birine sahip olmalıdır.
- 15-Ağırlığı 51LB olmalıdır.
- 16-Kapama Sıcaklığı 176-428 ° F arasında olmalıdır.
- 17-Gücü 500Watt olmalıdır.
- 18-Gövdesi paslanmazdan mamül olmalıdır.
- 19-Yılda bir kez kapatma makinesinin kalibrasyon-validasyonu tedarikçi yada distribütör firma tarafından yaptırılabilmeli ve belgelenebilmelidir.
- 20-Üretici firma SBA üyesi olmalıdır.
- 21-Teklif veren firmanın ya da distribütör firmanın kapatma makineleri için alınmış TSE den alınma 'hizmet yeri yeterlilik belgesi', T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınma 'Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi' ve 'Garanti Belgesi' olmalıdır.

EPROJENEL
Amme İhtisas Kurumu
SULUVAZISI

Prof. Dr. Mustafa ÖZÜNAL
T.C. Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip.No: 825 - Dip.Tes.No:89781