



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 41987  
Düzenleme Tarihi : 23.07.2018

KOD : J01-011860 /

MALZEME ADI : OR1440 NAZOGASTRİK SONDA KAUCUK/PVC NO:12

NAZOGASTRİK SONDA NO:12 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Non toksit, ajirojen özellikte ve tıbbi PVC'den yapılmış olmalı.
- 2-Ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalı.
- 3-Sondanın uç kısmına yakın yerleştirilmiş doku emilimini engelleyen 4 adet delik olmalıdır.
- 4-Sonda üzerinde işaretlemeye yardımcı çizgiler ve bu çizgilerin kaç cm olduğunu gösteren ibare olmalıdır.
- 5-Dışarıda kalan ucu beslenme setleri ve çam uçlu enjektör ile bağlantıya uygun olmalı.
- 6-Renk kodlu olmalı.
- 7-Steril tek paketlerde ambalajlanmış olmalı.
- 8-Paket üzerinde; ürünün numarası, CE lot numarası, kaç cm olduğu, steril yöntemi son kullanma tarihi ve üretim tarihi olmalıdır.
- 9-Paket kullanıma uygun şekilde ve kolay açılabilir olmalıdır.
- 10-Şeffaf ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 11-Radtopak olmalıdır.
- 12-Konektör konik şekilde olmalıdır.
- 13-Katater 121 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 14-Bükülmeyen dirençli kolay yerleştirilmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.

AYANLAR /

ONAYLAYAN

Öğr. Gör. Dr. Esra ERKÖÇ ATAÖĞLU  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Nöroloji  
Dip. No: 26376 Dip. No: 1178

Hatice TÜRKCAN  
T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi  
Nöroloji Servisi Sorumlu Hemşire



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 41984  
Düzenleme Tarihi : 23.07.2018

KOD : J01-011875 /

MALZEME ADI : OR1440 NAZOGASTRİK SONDA KAUÇUK/PVC NO:18

NAZOGASTRİK SONDA NO:18 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Non toksit,apirojen özellikte ve tıbbi PVC'den yapılmış olmalı.
- 2-Ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalı.
- 3-Sondanın uç kısmına yakın yerleştirilmiş doku emilimini engelleyen 4 adet delik olmalıdır.
- 4-Sonda üzerinde işaretlemeye yardımcı çizgiler ve bu çizgilerin kaç cm olduğunu gösteren ibare olmalıdır.
- 5-Dışarıda kalan ucu beslenme setleri ve çam uçlu enjektör ile bağlantıya uygun olmalı.
- 6-Renk kodlu olmalı.
- 7-Steril tek paketlerde ambalajlanmış olmalı.
- 8-Paket üzerinde; ürünün numarası, CE lot numarası, kaç cm olduğu, steril yöntemi son kullanma tarihi ve üretim tarihi olmalıdır.
- 9-Paket kullanıma uygun şekilde ve kolay açılabilmelidir.
- 10-Şeffaf ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 11-Radtopak olmalıdır.
- 12-Konektör konik şekilde olmalıdır.
- 13-Katater 121 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 14-Bükülmeyen dirençli kolay yerleştirilmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.

RELAYANI

ONAYLAYAN

Ugr. Gör. Dr. Esra ERKOÇ ATAÖĞLU  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Nöroloji  
Dip. No: 26376 Dip. Tes. No: 117178

Hatice TÜRKCAN  
T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi  
Nöroloji Servisi Sorumlu Hemşire

