

CERRAHİ ALET ŞARTNAMESİ

01.Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin “ teknik şartnameye cevap “ metninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.

02 . Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

03 .Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemedan yapılmış olmamalıdır.

04.İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları “ teknik şartnameye cevap ” başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ürünün adeti, barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır. Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri red edilecektir. Bu belgede okunmuştur, anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

04.T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genel hükümlerince, teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (tel sepetleri hariç) TİTUBB ‘ de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının “ teknik şartnameye cevap “ belgesinde belirtilmesi zorunludur.

Sıra no	Teklif edilen ürün katalog no	Teklif edilen Marka	Ürün açıklaması	Miktar
1	EM-2407	ÖMÜR	VEİN PRESS	5

05. . teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte katalog nolu aletlerin eşdeğerini numune olarak vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır

06. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi zorunludur.

07. İhaleye giren firmaya vermeyi taahhüt ettiği aletleri üreten üretici firmanın verdiği, gerektiğinde servis hizmetini verebileceğine dair yeterlilik belgesinin aslı veya noterden tasdikli kopyesi olmalıdır.

08. Aletler aşağıda Ömür 2016 Katoloğundan verilen aletlerin eşdeğeri ve yukarda belirtilen vasıflarda olacaktır. Aynı özellikte başka markalar olabilir.

09. Aletler Yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri

(Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış Kulak Cerrahisi seti için düzenlenmiş YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. YERLİ MALİ BELGESİNDE Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.

10. Aletler Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı pirinç ve benzeri malzemedan yapılmış olmamalıdır. Orijinal katalogunda belirtilen alet olmayan firmaların teklifleri değerlendirilmeyecek ve ihale dışı bırakılacaktır.

11. Teklif veren firma aletlerin kullanıldığı hastanelerle ilgili tercihen üniversite hastaneleri olacaktır referans listesi verecektir.

12. Aletlerin alımında set bütünlüğü açısından setler birlikte değerlendirilecektir. Bu nedenle firmaların tüm aletlere set olarak birlikte teklif verecektir

Prof. Dr. İsmail HANAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi

Öğr. Gör. Dr. Süleyman ÇEBECİ
T.C. G.U.T.F. Gazi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.D.
Din Test. No: 135623