

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
MERKEZ BİYOKİMYA LABORATUVARI DOĞRUDAN TEMİN İLE
ALINACAK KİTLERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kısım	Sıra No	Test (kit) Adı	Test Miktarı
1	1	Renin (Aktif)	800
1	2	Renin (Total)	300
Kısım Toplamı			1100

1.KISIM (RIA) İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.1 Firmalar ihalesini kazandığı her kalem kit için en az iki seviyeli iç kalite kontrol materyalini yıl boyunca ücretsiz olarak vereceklerdir.
- 2.1 RIA kitlerine teklif veren firmaların önerdikleri bütün kitler **I-125** ile işaretli olmalı ve çalışma sistemleri ekstraksiyon uygulaması gerektirmemelidir.
- 3.1 Kitler ayda bir teslim edilmeli ve teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihi en az bir ay olmalıdır.
- 4.1 Teklif veren firmalar, varsa çalışma sistemlerinin gerektirdiği diğer yan ürünleri (pipet ucu, pastör pipeti vb.) ücretsiz olarak laboratuvarın kullanımına vereceklerdir.
- 5.1 Her hangi bir şekilde bitirilemeyen ya da son kullanma tarihine yakın gelen RIA kitleri için ücretsiz Tracer I-125 verilecektir.
- 6.1 Yüklenici cihazın ve kitlerin Sağlık Bakanlığı T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi)ye kayıtlı olduğuna dair belge verecektir.
- 7.1 Yüklenici tüm reaktif ve cihazda kullanılan diğer solüsyonlar için Türkçe malzeme güvenlik bilgi formlarını (**MSDS**) basılı ve klasörlenmiş halde laboratuvara teslim edecektir.
- 8.1 Kullanım durumuna göre kitler birim fiyatları üzerinden birbirleriyle değiştirilebilmelidir.

Prof.Dr. Güler BİBEROĞLU
T.C. G.Ü.T.F. Gaziantep Hastanesi
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Birim Sorumlusu/Head
Dış No: 1561 Dış No: 2569

Doç.Dr. Cemal HİMAZ DEMİRTAŞ
T.C. G.Ü.T.F. Gaziantep Hastanesi
Tıbbi Biyokimya
Dış No: 2103/2228 Dış No: 8989

Dr. Şehri ELBEG
T.C. G.Ü.T.F. Gaziantep Hastanesi
Tıbbi Biyokimya A.D.Öğr.Gör.
Dış No: 2123