

J01-012352

TESTERE UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teklif edilecek testere uçları aşağıdaki teknik şartları taşıyacak nitelikte olmalıdır.

1. Teklif edilecek olan testere uçları hastanemizde kullanılan Midas Rex Triton motor ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek olan testere uçları üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Testere uçları steril ambalajında olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Triton sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek kalifiye elemanlara sahip olmalıdır. Satış sonrası hizmetler yeterlilik belgesi ve Üretici firma tarafından ürün eğitimi almış kalifiye elemanların sertifikaları ihale dosyasında olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan testere uçları çelikten imal edilmiş olmalıdır.
6. Firmalar ihale komisyonunun gerekli görmesi halinde teklif ettikleri ürünlerin birer adet numunesini sunmalıdır. Uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Teklif veren firmalar Türkiye Tek Yetkili Mümessillik Belgesini, Sanayi Ticaret Bakanlığı ve TSE tarafından verilen Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesini, ihale dosyasına eklemelidir.
8. Teklif edilecek uçlar aşağıdaki gibidir:

Micro Reciprocating Blade 7,6 mm bıçak genişliğinde 25,4 mm bıçak uzunluğunda (254R1RS) 50 adet
Micro Reciprocating Blade 7,6 mm bıçak genişliğinde, 25,4 mm bıçak uzunluğunda fine cut (250F1RS) 50 adet
Micro Reciprocating Blade 9,4 mm bıçak genişliğinde, 39,1 mm bıçak uzunluğunda (252R1RS) 50 adet
Micro Reciprocating Blade 9,4 mm bıçak genişliğinde, 39,1 mm bıçak uzunluğunda fine cut (251F1RS) 50 adet

Prof. Dr. Osman LATİFÇANLI
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHI
Diyarbakır No: 88-AA-68
Etilik Teşkilatı No: 33897

Prof. Dr. Yusuf ÜNAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Diyarbakır No: 825 / Diyarbakır No: 69781

Doç. Dr. Kemal İNDİKÇİOĞLU
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
Diyarbakır No: 00311087 / Diyarbakır No: 98608

Doç. Dr. Kemal İNDİKÇİOĞLU
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
Diyarbakır No: 00311087 / Diyarbakır No: 98608