

CERRAHİ MASKE (LASTİKLİ) ŞARTNAMESİ

1. Yırtılmaya dayanıklı nonwoven malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Tüysüz olmalı, lif, tüy dökmemelidir.
3. Maske üç katlı olmalıdır.
4. Maskeler lastikle kulak arkasına uygulanabilmelidir.
5. Ağız ve burun kısmı körüklü olmalıdır.
6. Esnek olmalı ve yüze tam uyum sağlamalıdır.
7. Maskenin orta kısmında buruna göre şekil alabilen burun mandalı olmalıdır.
8. Paketten tek tek çıkarılabilmelidir.
9. Paketin üzerinde içinde kaç adet maske bulunduğu yazılı olmalıdır.
10. Kokusuz olmalıdır.
11. Ürün teklifi orijinal numune ve katalogla birlikte verilmelidir.
12. Tün numuneler (özellği, ambalajı, kullanıcı görüşü...vb) Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından denenecektir.
13. Her paketin üzerinde UBB barkot numarası mevcut olmalıdır.

Prof. Dr. Murat DİZBAY
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastahesi
Enfeksiyon Hastahıkları A.D.
Dip.No:1423 Dip.Tes.No:76529

Dr. Hasan Selçuk ÖZGER
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastahıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji A.D.
Dip.Tes.No: 104165