

KOD:010001 ABESLANG

1. Yüzei düzgün , pürüzsüz ve kaygan olmalıdır.
2. 50 veya 100 adetlik ambalajlı kutularda olmalıdır.
3. Ahşap malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Uç kısımları oval olmalıdır.
5. Uygulama alanını tahriş etmemelidir.
6. Uygulama sırasında eğilmemeli ve kırılmamalıdır.
7. En az 15 cm uzunluğunda ve en az 1,8 cm eninde olmalıdır.
8. Kalınlığı 1,5 mm ile 2 mm arasında olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde üretici firma, ambalaj sayısı ve diğer bilgiler bulunmalıdır.
10. Tek tek hijyenik paketler içinde olmalıdır.
11. Disposable olmalıdır.
12. İstekli firmanın değerlendirme için 1 kutu numune getirmeli getirmeyenler veya geç getirenler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Nihai karar değerlendirme sonrası verilecektir.

Nilüfer Yas
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ HASTANE
Acil Sorumlu Hemşire

R. Bilik
Doç. Dr. Fikret Bilik
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ HASTANESİ
Acil Tıp
Dip. No 8804A023
Dip. Tbs. No 59839-51050



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

190

Şartname Numarası : 42021
Düzenleme Tarihi : 23.07.2018

KOD : J01-014390 /

MALZEME ADI : İDRAR TORBASI ASKILIĞI (PLASTİK).

1. İdrar torbalarının yere temasını engelleyecek, mobilizasyon esnasında idrar torbalarının kolayca taşınabilmesi için kullanılacaktır.
2. İdrar Torbası askılığı plastikten imal edilmiş, her türlü karyola henarlığına geçebilecek ve rahatça elde tutmayı sağlayacak kancası olmalıdır.
3. Plastik idrar torbalarına geçirilebilir iki adet uç kısmı olmalıdır.
4. Askı ağırlığa dayanıklı olmalıdır.
5. İdrar torbası hortumunun sağa ve sola kaymasını ve bükülmesini önleyen bir mekanizmaya sahip olmalıdır.
6. İstekli firmalar teklifleri ile beraber en az 2 adet numune getirmelidir. Nihai karar numune değerlendirmesi sonucu verilecektir.

Transplantasyon Merkezi
Rüya Kaya
Müşteri

Fatma AYAR
Transplantasyon Merkezi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İMLER

İMZA YAPAN