

## KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

### SPEKÜLÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ (MEDIUM)

1. Tek kullanımlık steril ambalajda olmalıdır.
2. Sert ve saydam materyalden imal edilmiş olmalıdır.
3. Cusco modeli olmalıdır.
4. Açılıp kapanmasını sağlayan mekanizma vidalı olmamalıdır.
5. Spekulumlar da kullanılan kilit sistemi, tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır.
6. Kilit dili, spekulumun kabza kısmında yukarıdan aşağıya doğru daralan bir yuvada hareket edebilmelidir.
7. Spekulumların kilit sisteminde kullanılan dil, spekulumun tetik kısmındaki bir yuvada yarı sabit olacak, kabza kısmında ise, spekulumun istenilen açıda sabitleyebileceği bir özelliğe sahip olmalıdır.
8. Spekulumların boyun kısmı ile ağız kısmı arasında çap farkı çok fazla olmamalıdır.
9. Üç parçadan oluşacak, iki çene de doku tahribatı yapmaması için yuvarlatılmış ve traşlanmış olmalı, alt çene elle rahat oturması için ergonomik olmalı, mandalı kitlendiği zaman manipülasyon sırasında açılmamalıdır.
10. Görüş mesafesi 3 cm'den az olmamalıdır.
11. Hammaddesinin kırılma direnci yüksek bir malzemeden olmalıdır. Tercihen SAN veya Polycarbonat olmalıdır.
12. CE belgesine sahip olmalı ve bu belge TÜRK AKREDİTASYON KURUMU tarafından akredite edilmiş olmalıdır.
13. Üretici Firmanın ISO Belgesi olmalıdır.
14. Üretici Firma numune getirmelidir.

Öğr. Gör. Dr. M. Funda CEVHER AKDULUM  
T.C. G.U.T.F. Gazi Hastanesi  
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.  
Dip. Tesc. No: 147368

Prof. Dr. R. Onur KARABACAK  
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Başkanı  
Dip. No: 2898 Dip. Tes. No: 31521