

HASTABAŞI MONİTÖRÜ SATURASYON PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.İstekliler tarafından teklif edilecek saturasyon probu ara kablosu ve prob ucu Philips marka MX450 - 500 model hastabaşı monitörüne uyumlu olacaktır.
- 2.Saturasyon probu ara kablosu, prob ucu ile beraber takım olacaktır.
- 2.En az 3 (üç) metre uzunluğunda olacaktır ($\pm\%10$).
- 3.Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 4.Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 5.Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6.Teslim edilecek saturasyon probu ara kablosu ve prob ucu orijinal olacaktır.
- 7.Yüklenici saturasyon probu ara kablosunu ve prob ucunu depoya teslim edilmeden önce, saturasyon probu ara kablosu ve prob ucunun orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
- 8.Saturasyon probu ara kablosu ve prob ucu ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.


GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Ömer KURCA
Tekniker


Harun BEYİTLLAHOĞLU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Epidemiyolojik Teknikeri


Ali Durmaz