



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

Emel Aksoy
2

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

146

Şartname Numarası : 41977

Düzenleme Tarihi : 23.07.2018

KOD : J01-015218 /

MALZEME ADI : OR2750 TPN BESLENME SOLÜSYONU BAKTERİ FİLTRESİ 1.2 MİKRON.

J01-015218

OR2750 TPN BESLENME SOLÜSYONU BAKTERİ FİLTRESİ (PEDIATRİK) 1.2 MİKRON
TPN BESLENME SOLÜSYONU BAKTERİ FİLTRESİ ŞARTNAMESİ

- 1.TPN sıvılarında 1,2 µ'dan büyük çaplı tüm parçacık, bakteri ve mikropları tutabilmelidir.
- 2.Filtreler steril tekli ambalajlarda olmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 3.Hava eliminasyonunu yapabilmelidir.
- 4.Sahip olduğu özellikleri 24 saat korumalıdır.
- 5.TPN filtresi 3,1 bar basınca dayanıklı olmalıdır.
- 6.Luer-lock bağlantısı olmalıdır.
- 7.Filtrenin çapı 2 cm geçmemelidir.
- 8.TPN filtresi hastanemizde kullanılan infüzyon cihazlarının setlerine, hastanın perifer ve santral kataterine bağlantı sağlamaya uygun olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde lot numarası, sterilizasyon şekli, UBB Barkodu, seri numarası, son kullanma tarihi, sahip olduğu kalite ve güvenlik işaretleri açıkça okunabilir şekilde yazmalıdır.
- 10.Malzeme depolanmaya ve taşınmaya uygun olmalı, seri hata çıkması durumunda hatalı seri en geç 5 iş günü içinde yenisi ile değiştirilmelidir.
- 11.İstekli firmalar teklifleri ile beraber en az 1 adet numune getirmelidir. Nihai karar numune değerlendirmesi sonucu verilecektir.
12. Malzemenin raf ömrü teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.

Gazi Üniversitesi Hastanesi
Dr Öğr Üyesi Dr.
Nazmi MUTLU
Diyadinin ve Hast. A.B.D.
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.B.D.

Prof. Dr. Aysun BİDECI
T.C. G.Ü. T.E. Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.B.D.
Diyadinin ve Hast. A.B.D.
Dip. No: 7730 Dip. Tes. No: 45038

OKSİJEN VENTURİ MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içinde bir adet maske değişik konsantrasyonlarda oksijen verebilmek için 6 adet dilatörü, 2 metre uzunluğunda oksijen tüpü olmalıdır.
2. Dilatörler 24%,28%,31%,35%,40%,50% oranlarında oksijen verecek şekilde olmalıdır.
3. Maske hastanın burun ve yüz yapısına anatomik olarak kolayca uyum sağlayabilecek yapıda ve şeffaf olmalıdır.
4. Maske üzerindeki baş lastiği esnek ve fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır.
5. Maskenin her iki yanında hava girişi ve CO2 çıkışı için delikler olmalıdır
6. Set içinde 15 cm corrüge hortum bulunmalıdır.
7. Örnek numuneler ambalajında gelmelidir ve değerlendirme aşamasında muhakkak gönderilmelidir. Hastanemiz kliniklerinde kullanıcılar tarafından denenerek karar verilecektir.
8. CE belgesi olmalıdır, UBB barkodu olmalıdır.


Doç. Dr. Filiz R. DİL
I. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ HASTANESİ
Acil Tıp
Dip. No: B804A023
Dip. Tes. No: 59830-51050


Nuray DELEN
İç Hast. Yoğun Bakım
Sorumlu Hemşiresi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 07/02/2019
Bölüm Adı : Reanimasyon Yb Stoğu

Döküm Tarihi : 07/02/2019 10:30:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-014629 OR2690 RESPIRATÖR DEVRESİ (ERİSKİN) (ISITICISIZ)

(J01-014629) RESPIRATÖR HASTA DEVRESİ (ERİŞKİN)

- 1.Devre PVC den imal edilmiş olmalıdır.
- 2.İnspirasyon hattı 140-160 cm arası olmalıdır.
- 3.Ekspirasyon hattı 140-160 cm arası olmalıdır.
- 4.Su tutucu cihaz tarafından 70-80 cm mesafede olmalıdır.
- 5.Devrenin iki hattında da su tutucu bulunmalıdır.
- 6.Su tutucu biriken suları boşaltmaya imkan veren şekilde olmalı ve bu işlem esnasında devrede hava kaçağı olmamalıdır.(ya da hava kaçağını engelleyici su tutucuda konnektörden enjektörle boşaltım sistemi olmalıdır.)
- 7.Devre hortumlarının iç yüzeyi rezistans oluşturmaması için tamamen düz ve pürüzsüz olmalıdır.
- 8.Devrede Y port bulunmalıdır.
- 9.Y portun üzerinde kapnograf çıkışı bulunmalıdır.
- 10.Her devreyle birlikte bir adet 360 derece dönebilen bronkoskopi uygulamasını imkan sağlayan PVC den imal edilmiş steril kateter mount verilmelidir.
- 11.Devre steril olmalıdır.
- 12.Devre parçaları birleştirilmiş olmalıdır.
- 13.Devrenin makineye bağlanan uçlarında makineye giriş uyumu kolaylaştıran yumuşak adaptörler bulunmalıdır.
- 14.Her ürünün üzerinde UBB barkodu bulunmalıdır.
15. CE Kalite belgesine sahip olmalıdır.
16. Firma tarafından en az 1 adet numune getirilmelidir. Nihayi karar numune incelendikten sonra verilecektir.

Esra BUĞDAYLI
Anestezi ve Reanimasyon
Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Prof. Dr. Lale KARABAYIK
T.C. Sağlık Bakanlığı
Gazi Üniversitesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 6762 Dip. İss. No: 30307

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN