


SPERMAC SPERM MORFOLOJİ BOYA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kit muhteviyatında Fiksatif 50ml/A Boyası 50ml/B Boyası 50ml/C Boyası 50ml birer adet plastik şişe orijinal karton kutusu içerisinde set halinde olmalıdır.
2. Fiksatif içeriğinde Ultra Saf su, Formaldehit, ihtiva etmelidir
3. Stain A içeriğinde Ultra Saf su, Etil Alkol, Rose Bengal, Nötral Red olmalıdır
4. Stain B içeriğinde Ultra Saf su Etil Alkol, Pironin Y, Oranj G, fosfomolibdik asit olmalıdır
5. Stain C içeriğinde Ultra Saf su, Janus Green, Fast Green olmalıdır
6. Likefaksiye olmuş insan semeninden bir damla alınıp bir lam üzerine ince bir film tabakası şeklinde dilüe edilmeden yayılıp azami 5 dakika havada kurutularak preparat 5 dakika şale içerisinde bulunan fiksatif içinde bekletilip A,B,C boya larında boyanıp immersiyon yağı kullanılarak 100x büyütme li ışık mikroskobu kullanılarak incelenebilecek düzenekte olmalıdır.
7. Ürünün REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006. Normlarını karşılıyor olmalıdır.


Prof. Dr. Recep Onur KAFABAĞAK
T.C. G. Ü. F. Gazı Hastanesi
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Diplome No: 2883
Dip. Tes. No: 1521


Doç. Dr. İsmail GÜLER
T.C. Gazı Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Dip. No: 13415 Dip. Tes. No: 74527