



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 3493
İstem Tarihi : 04/02/2019
Bölüm Adı : Biyomedikal Stoğu

Döküm Tarihi : 04/02/2019 11:31:00

Malzeme Kodu : J06-064129
Malzeme Adı : HOLTER KABLOSU.

HOLTER CİHAZI EKG KABLOSU ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.İstekliler tarafından teklif edilecek EKG kablosu CardioCall marka ST80 model holter uyumlu olacaktır.
- 2.En az 75 (yetmiş beş) cm uzunluğunda olacaktır ($\pm\%10$).
- 3.Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 4.Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 5.Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6.Teslim edilecek EKG kablosu orijinal veya muadili olacaktır.
- 7.Yüklenici EKG kablosunu depoya teslim edilmeden önce, EKG kablosunun orijinal veya muadili olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
- 8.EKG kablosu ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.

<p>HAZIRLAYANLAR</p> <p></p> <p>GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Ömer ÖYÜNCÜ Tekniker</p> <p>Teknik Personel Nur TAŞKIRANOĞLU Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi</p>	<p>ONAYLAYAN</p> <p></p>
--	---