

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHTİYAÇ FORMU

BİRİM ve BÖLÜMÜ	PROJE YÖNETİCİSİNİN ADI SOYADI	TARİHİ	NO
Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi	PROF.DR. AYSEL Çağlan ÇAĞLAN GÜNAL TEL : 2021638 - 506 419 0070	04/02/2019	8

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE
(Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)

'18/2018-01' kodlu ve 'Kalıcı Organik kirleticilerden Perflorooktan sülfonatin Omurgasız Model Organizmada Toksik Etkilerinin Belirlenmesi' konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 2 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

İmza:

Yaglakoray

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birimi	Özelliği
1	PH PROBU VE ÇÖZELTİLERİ	1	Adet	<ol style="list-style-type: none">1. Ana Bilim Dalında mevcut saha tipi çoklu parametre ölçüm cihazının quatro kablosu ile uyumlu olmalıdır.2. Prob kombine cam elektrod sistemli olup, pH ölçüm aralığı 0-14 olmalıdır.3. pH ölçüm hassasiyeti 0,01 birim, doğruluğu $\pm 0,2$ birim olmalıdır.4. Probun kalibrasyonu 6 noktaya kadar US ya da NIST tampon çözeltileri ile yapılabilir.5. Proba ait teklif sunan firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 Kalite Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.6. pH 4-7-10 tampon çözeltileri olmalıdır.
2	OKSİJEN PROBU	1	Adet	<ol style="list-style-type: none">1. Ana Bilim Dalında mevcut saha tipi çoklu parametre ölçüm cihazının quatro kablosu ile uyumlu olmalıdır.2. Prob polarografik tipte olup, ölçüm aralığı 0-50 mg/L ya da 0-500% olmalıdır.3. Ölçüm hassasiyeti 0,1 ya da 0,01 birim seçilebilecektir. Doğruluğu 0,2 mg/L birim olmalıdır.4. Probun kalibrasyonu doymuş buhar basıncı yöntemi ile yapılmalıdır.5. Proba ait teklif sunan firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 Kalite Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.

03.2.6.01