



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İslem No/Alım No : 2369025-01-103  
Konu : 1 kalen malzeme alımı  
Talep Eden Birim : Yoğun Bakım Depoları / K.V.C. Yoğun Bakım Stogu  
Son Teslim Tarihi & Saat : 22/01/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 21/01/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) Özetli fiyat verilir. Birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazınmış silinti, düzeltilmiş bulunmaması,
- 6- Ad, soyad veya icaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idareniñ kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu: T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTİUBB) veya/ya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan cıktılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTİUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedatıncı firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTİUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedatıncı veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR YERĞİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECİKTİR.  
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNESİ GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA : hasanesalimaina@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Miktar	Birim
1	50	ADET

103

Mems COBAN  
HAŞTANE İNDÖR YRD

Opsiyon :  
Teslimat :  
EK :  
İmza/İstisna: gazı.edu.tr  
Şerhame Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

## YETİŞKİN 3 LÜMENLİ 20CM DİYALİZ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter poliüretandan malzemedan üretilmiş olup, bu malzemenin özellikleriyle vücut ısısında yumuşayarak travmaya yol açmamalı, biouyumlu olmalı ve trombus oluşumuna direnç göstermelidir.
2. Kateter tamamen radyopak olmalıdır.
3. Kateter Seldinger Yöntemi ile kullanılabilir olmalıdır.
4. Yeşil ile renklendirilen kısım hemodiyaliz sırasında ilaçların uygulanmasına izin vermelidir.
5. Kateterin gövdesi destekli sert olmalı, distal ucu ise yumuşak bir materyalden imal edilmiş olmalı, bu sayede hastada kaldığı sürece damar irritasyonuna yol açmamalıdır.
6. Kateter 3 Lümenli 12 Fr olup, 20 cm uzunluğunda; 16 G kalınlığında distal lümenin akış hızı dakikada 50 ml, priming hacmi 0.6 ml; 12 G kalınlığında olan medial lümenin akış hızı dakikada 220 ml, priming hacmi 1.3 ml; 11 G kalınlığında olan proksimal lümenin akış hızı dakikada 290 ml, priming hacmi 1.5 ml olmalıdır.
7. Kateterin kılavuz telinin uzunluğu 600 mm olup, dış çapı 0.88 mm olmalıdır.
8. Setin içerisinde;
9. Radyopak 3 lümenli PUR diyaliz kateteri
10. Uzunluğu 70 mm olan 1.1x1.4mm 1 adet introducer iğnesi
11. Uzunluğu 60 cm olan 1 adet paslanmaz çelik J kılavuz teli ve kılavuz tel ilerletici
12. 2 adet injection caps
13. 2 adet caps (kırmızı/mavi)
14. 2 adet dilatör
15. 1 adet bistüri
16. Cerrahi örtü
17. Hastanemizde bulunan hemofiltrasyon ve diyaliz cihazlarına uyumlu olmalıdır.
18. Kateterin distal ucundan 9 cm ilerisinde başlayarak kateterin üzerinde her cm'yi belirlemek amacıyla işaretlenmiş yerleştirme markerleri bulunmalıdır.
19. Kan aspirasyon hattı kırmızı , hastaya tekrar kan verilen hat mavi renk ve yeşil kısım hemodiyaliz sırasında ilaç uygulanmasına izin vermelidir.
20. Sabitleme kanatları PEBA malzemesinden üretilmiş olmalıdır.
21. Uzatma tüpleri Poliüretan (PU)'dan imal edilmiş olmalıdır.

Dr. Mehmet ÖZDEMİR  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Sakarya Hastanesi  
Nefroloji Uzmanı

Dr. Mehmet ÖZDEMİR  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Sakarya Hastanesi  
Nefroloji Uzmanı

22. Kılavuz teli paslanmaz çelik olmalıdır.
23. Capler (Kırmızı/Mavi) polietilen malzemesinden üretilmiş olmalıdır.
24. Bistüri paslanmaz çelik/ABS olmalıdır.
25. Dilator PE/PP malzemesinden üretilmiş olmalıdır.
26. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
27. Tüm ürünler latex, DEHP, hayvansal ve biyolojik köken içermeyen malzemelerden yapılmıştır.

Doç. Dr. Dr. Mehmet ÖZS  
Kalyon Sağlık Hizmetleri  
Kalyon Sağlık Hizmetleri  
Kalyon Sağlık Hizmetleri

Yazıcı  
Kalyon Sağlık Hizmetleri  
Kalyon Sağlık Hizmetleri  
Kalyon Sağlık Hizmetleri