



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alın No : 237/2025-01-148
Konu : Ameliyathane Stoku için 4 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stoku
Son Teslim Tarihi & Saat : 27/01/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 24/01/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Performa faturamın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Salın Alıma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- Haliye dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı,silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticareti unvanın yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idaresinin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB kodu T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTÜBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TTÜBB'de ve ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTÜBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE HER BİR ADET 1 BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMYEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEKTEKİR.
TEKLİFE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MÜDAYİNE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-014114	OR2930 LAPAROSKOPİK DİŞLİ TUTUCU 5 MM (CLINCH VER)	100	ADET
2	J01-015514	OR2840 VERES İGNESELİ 12 CM.	50	ADET
3	J01-015923	OR2840 VERES İGNESELİ 15 CM.	15	ADET
4	J01-01C103	ENDOSKOPİK SÜTÜR TUTUCU (TROKAR ALANI KAPATMA CİHAZI)	10	ADET

Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat

EK :

www.hsis.gazi.edu.tr
Şartname Eklisi Dosyasında Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1
İstem Tarihi : 20/01/2025
Bölüm Adı : Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 20/01/2025 09:16:00



Malzeme Kodu : J01-014114
Malzeme Adı : OR2930 LAPAROSKOPIK DIŞLI TUTUCU 5 MM. (CLINCH VB)

1. Disposable Olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Endoskopik dişli tutucu 5 mm çapında olmalıdır.
4. Endoskopik dişli tutucunun çene uzunluğu 19 (± 1) mm , çene açıklığı 25 (± 1) mm olmalıdır.
5. Endoskopik dişli tutucunun shaft uzunluğu 32 (± 1) cm olmalıdır
6. Endoskopik dişli tutucunun kullanım rahatlığı ve dar alanlarda erişimi arttırabilmek için shaft 10 ° bir açıya sahip olmalıdır.
7. Endoskopik dişli tutucu 360° rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Endoskopik dişli tutucunun uç kısmı rahat kullanım açısından künt , çene iç yüzeyi atravmatik künt dişli yapıda olmalıdır.
9. Endoskopik dişli tutucunun tutucunda bulunan tek veya çift tetik sayesinde ağız kısmı kademeli ve serbest kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
10. Endoskopik dişli tutucunun çenesinin dokuyu tutuş gücünü arttırması ve istenilen kademede tutuşun sabitlenebilmesi için mekanizması olmalıdır.
11. Endoskopik dişli tutucu dokuyu rahat tutmalı kolaylıkla kaçırmamalıdır.
12. Shaft kısmı , endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için siyah renkli yalıtkan metaryalle kaplanmış olmalıdır.
13. Tutucu cerrahın kolaylıkla manevra yapmasına imkan vermelidir.
14. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
 Doç. Dr. Aydın YAVUZ Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tıp Fak. No: 148193	

Hemşire EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



belirtilmelidir.

15 Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.

16. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.

17. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.

18. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de ;Ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
 Hemşire EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi	 Doç. Dr. Aydın YAVUZ Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dij. Tez. No: 148193

Hemşire EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1
İstem Tarihi : 20/01/2025
Bölüm Adı : Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 20/01/2025 09:20:00



Malzeme Kodu : J01-015514
Malzeme Adı : OR2840 VERES İĞNESİ 12 CM.

- 1.Disposable olmalıdır.
- 2.İğne laparoskopik prosedürlerde pneumoperitoneum oluşturmak amacıyla kullanılmalıdır.
- 3.İğnenin uzunluğu 120 mm olmalıdır.
- 4.İğnenin çapı en az 14 gauge olmalıdır.
- 5.İğnenin uç kısmı silikonla kaplı ve keskin olmalıdır.
- 6.İğnede bulunan kırmızı indikatör, iğnenin fasyayı geçişi anında sesli ve görsel ikaz etme özelliğine sahip olmalıdır.
- 7.İğne şeffaf vana ve tutaç kısmına sahip olmalıdır kolaylıkla batına giriş yapılabilmelidir.
- 8.İğnenin ucunda koruyucu kılıf mekanizması olmalıdır.
- 9.Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri steril paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
- 10.Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
- 11.Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
- 12.Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
- 13.Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ Ameliyathane Birim Sorumlusu</p> <p>Doc. Dr. Aydın YAVUZ Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Diy. Teş. No: 148193</p>	

Hemşire EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29415
İstem Tarihi : 20/01/2025
Bölüm Adı : Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 20/01/2025 09:37:00



Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-015923 OR2840 VERES İĞNESİ 15 CM.

- 1.Disposable olmalıdır.
- 2.İğne laparoskopik prosedürlerde pneumoperitoneum oluşturmak amacıyla kullanılmalıdır.
- 3.İğnenin uzunluğu 150 mm olmalıdır.
- 4.İğnenin çapı en fazla 14 gauge olmalıdır.
- 5.İğnenin uç kısmı silikonla kaplı ve keskin olmalıdır.
- 6.İğnede bulunan kırmızı indikatör, iğnenin fasyayı geçişi anında sesli ve görsel ikaz etme özelliğine sahip olmalıdır.
- 7.İğne şeffaf vana ve tutaç kısmına sahip olmalıdır kolaylıkla batına giriş yapılabilmelidir.
- 8.İğnenin ucunda koruyucu kılıf mekanizması olmalıdır.
- 9.Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri steril paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir. Teklif verecek firmalar, miadı yaklaşan ürünleri son kullanma tarihine 6 ay kala yenileriyle değişimini yapmalıdır.
- 10.Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
- 11.Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
- 12.Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
- 13.Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

<p>Ebru GÜMÜŐ KARAVELİ Ameliyathane Birim Sorumlusu</p>	<p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>Doç. Dr. Aydın YAVUZ Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tic. Tes. No: 148193</p>	<p>ONAYLAYAN</p>
---	---	-------------------------

Hemşire EBRU GÜMÜŐ KARAVELİ

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29415
İstem Tarihi : 20/01/2025
Bölüm Adı : Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 20/01/2025 09:37:00



Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-01C103 ENDOSKOPIK SÜTÜR TUTUCU (TROKAR ALANI KAPATMA CİHAZI)

1. Disposable Olmalıdır.
2. Endoskopik trokar kesi alanı kapatıcısı fasya üzerindeki trokar deliklerini kapatmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Endoskopik trokar kesi alanı kapatıcısının shaft uzunluğu 150 mm olmalıdır.
4. Endoskopik trokar kesi alanı kapatıcısının ucunda dokuya zarar vermesini engelleyen atravmatik künt kanca sistemi bulunmalıdır.
5. Endoskopik trokar kesi alanı kapatıcısının , suture metaryelini tutmasını sağlamak için iç shaftının ucunda kanca sistemi bulunmalıdır.
6. Endoskopik trokar kesi alanı kapatıcısının ucunda bulunan kanca sistemi tepede bulunan yeşil butona basılması ile aktive edilmelidir.
7. Endoskopik trokar kesi alanı kapatıcısının tepesinde bulunan butonun üzerinde kanca sisteminin açılma yönünü gösteren ok işareti bulunmalıdır.
8. Trokar deliğinin iki yanındaki fasya tabakasından kolayca cilt üzerine çekilerek trokar kesi alanı kapatılabilmesi için
9. Endoskopik trokar kesi alanı kapatıcısının kancasına yerleştirilmiş suture metaryeli , trokar deliğinin iki yanındaki fasya tabakasından kolayca cilt üzerine çekilerek trokar kesi alanı kapatılabilmelidir.
10. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
11. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
12. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
13. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
14. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Derelendirme de; Ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ
Ameliyathane Birim
Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Aydın YAVUZ
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dok. No: 148193

Hemşire EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi