



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İşlem No/Alım No : 237/2025-01-215
Konu : Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı için 2 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Laboratuvar Depoları / Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı Stoku
Son Teslim Tarih & Saat : 04/02/2025 17:00:30 İlan Tarihi : 31/01/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma taluramı aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Salın Alınma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilmeli, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazınılı, silinli, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad, soyad veya ticareti unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idaremin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıtlı teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma kalem kalenier için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve teklifçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, teklifçi veya bayi olduklarını gösteren , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞÇA BELİRTMEYELİDİR.
TEKLİFLER BİRLİKTE NÜMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAVENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hasanesalin@gaazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M. Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	S-013128	GR1077/KR1065/KV1294 KILAVUZ TEL, 032°-038° , AMPPLATZ, 260-300CM (3H/1M)	25	ADET
2	S-013127	GR1076/KR1065/KV1293 KILAVUZ TEL, 032°-038° , AMPPLATZ, 140-190CM (3H/1M)	25	ADET

Memiş ÇOBANI
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
EK :
www.ihale.gazi.edu.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29395
İstem Tarihi : 16/01/2025
Bölüm Adı : Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 16/01/2025 15:42:00

Malzeme Kodu : S-013128
Malzeme Adı : GR1077/KR1066/KV1294 KILAVUZ TEL, 032"-038", AMPLATZ, 260-300CM (3/H/I/M)

AMPLATZ SUPER STIFF KILAVUZ TEL

- 1 Super Stiff Kılavuz Tel teflon kaplama olmalıdır.
- 2 Super Stiff Kılavuz Tel'ler 0.035" çapa sahip olmalıdır.
- 3 Super Stiff Kılavuz Tel'ler 260 cm. uzunlukta olmalıdır.
- 4 Super Stiff Kılavuz Tel'lerin distal kısımları 1 cm düz olmalıdır.
- 5 Super Stiff Kılavuz Tel'ler disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.
- 6 Numunesi gelmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

<p>Doç. Dr. Burak SEZENÖZ T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi Kardiyoloji A.D. Dip. Teş. No: 113142 - Dip. No: 000239</p>	<p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>Prof. Dr. Sedat TILKAY T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi Kardiyoloji A.D.</p>	<p>ONAYLAYAN</p>
---	---	------------------

Hemşire Gülçin ARAS

Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29395
İstem Tarihi : 16/01/2025
Bölüm Adı : Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 16/01/2025 15:37:00

Malzeme Kodu : S-013127
Malzeme Adı : GR1076/KR1065/KV1293 KILAVUZ TEL, 032"-038", AMPLATZ, 140-190CM (3/H/I/M)

1. Nonvasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemeye gereken ekstra desteği verecek şekilde özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Yüksek steerabilitesi (yönlendirilebilirlik) ve trakabilitesi (izleyebilirlik) olmalı, gövdesi kullanılacak malzemeyi taşıyacak derecede sert (stiff) olmalıdır.
3. Kılavuz tel çekirdeği, fixed core özellikte olup, süper esnek özel metal alaşımdan yapılmış radioopak materyal içermelidir. Dış yüzeyi Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.
4. Dokuya zarar vermemesi için ucu yumuşak (fleksibl) olmalı, bunun uzunluğu 5 cm.'den kısa 10 cm'den uzun olmamalıdır. Bu ucun radyoopasitesi artırılmış olmalıdır.
5. Malzeme 0.032 inç kalınlığında olmalıdır.
6. 180 cm uzunluğunda olmalıdır.
7. Uç kısım J konfigürasyonda olmalıdır.
8. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
9. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Son kullanma tarihinden 2 ay önce başvurulduğu takdirde firma miadı dolacak olan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

<p>Doç. Dr. Burak BEZENÖZ T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi Kardiyoloji A.B.D. Dip.Tesc. No: 113142 - Dip/No: 000239</p>	<p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>Dr. Burak Bezenöz T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi Kardiyoloji A.B.D. Dip.Tesc. No: 113142 - Dip/No: 000239</p>	<p>ONAYLAYAN</p>
---	--	-------------------------

Hemşire Gülçin ARAS
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi