



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 23692025-01-81
Konu : 3 Kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Servis Döşen / Pediatri Yenidoğan Serv. Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 21/01/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 20/01/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Protorma talimatının aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhtale deklümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamına ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazınmış silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifle yer alacaktır.
ÜBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTÜBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTÜBB'de ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedatıçı firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTÜBB/ÜTS ve kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedatıçı veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞÇA BELİRTMEKTEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NÜMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hasstanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mi Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birim
1	J01-01A500	FOTOTERAPI GÖZ BANDI (BÜYÜK BOY)	100	ADET
2	J01-013503	FOTOTERAPI GÖZ BANDI ORTA BOY	100	ADET
3	J01-014246	TEK KULLANIMLIK TRANSİVON MANSONU (MASSON SWTA)	100	ADET

Memiş COB-AN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Tedarik :
Ek :
www.hissis.gazi.edu.tr
Şamane Eki Dosyasında Sunulmaktadır.

J01-014246 TANSİYON MANŞIONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kliniğimizdeki GE marka m nit rlere uygun olmalıdır.
- 2- Manşion disposable (tek kullanımlık) premat re ve term bebeklere uygun olmalıdır.
- 3- M nit r  zerinde mevcut olan hortuma takılabilmelidir.
- 4- Ta manşionu  ift  ıkıřlı olmalıdır.
- 5- Yumuřak malzemden  retilmiř olmalıdır.
- 6- Kenarları keskin olmamalı,  l m sonrasında bebeklerin cildini tahriř etmemelidir.
- 7- Ta manşionu klinik ihtiyaına g re istenilen boyutta (-no:3) olmalıdır.

Mehmet R. CEPOĐLU
T.C. Geliřim Bakanlıđı Hastanesi
Cocuk Hastanesi
Sorumlu Uzman

T.C. Geliřim Bakanlıđı
T.C. Geliřim Bakanlıđı Hastanesi
Cocuk Hastanesi
Cocuk Hastanesi
Cocuk Hastanesi

J01-013583 **FOTOTERAPİ GÖZ BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. VAZGEÇİLMEZ TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

- a) Yenidoğanların fototerapi ışığından korunması amacıyla en üst düzeyde koruma sağlamalıdır.
- b) Disposable olmalıdır.
- c) Gözlere zararlı ışığı %100 bloke etmelidir.
- d) Geçirgen dokuması sayesinde bebeğin başına fototerapi ışığının erişimini engellememelidir.
- e) Baş üzerinde kaymadan durmalı ve ayarlanabilir bantlar ile çıkmaması için tutturulabilmelidir.
- f) Bebeğin cildini tahriş etmeyecek esnek, yumuşak ve latekssiz karbon materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- g) İki farklı boyu (orta) bulunmalıdır ve ürünün üzerinde boyu belirtilmiş olmalıdır.
- h) Tekli ambalajda olmalıdır.


Meltem RECEPOĞLU
T.C. Gazi Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı Servisi
Sağlam Hemşiresi

T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı Servisi
Sağlam Hemşiresi

J01-01A500 FOTOTERAPİ GÖZ BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. VAZGEÇİLMEZ TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

- a) Yenidoğanların fototerapi ışığından korunması amacıyla en üst düzeyde koruma sağlamalıdır.
- b) Disposable olmalıdır.
- c) Gözlere zararlı ışığı %100 bloke etmelidir.
- d) Geçirgen dokuması sayesinde bebeğin başına fototerapi ışığının erişimini engellememelidir.
- e) Baş üzerinde kaymadan durmalı ve ayarlanabilir bantlar ile çıkmaması için tutturulabilmelidir.
- f) Bebeğin cildini tahriş etmeyecek esnek, yumuşak ve latekssiz karbon materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- g) İki farklı boyu (Büyük) bulunmalıdır ve ürünün üzerinde boyu belirtilmiş olmalıdır.
- h) Tekli ambalajda olmalıdır.


MELTEM ERCEPOĞLU
Etiler Hastanesi
Nefes Servisi
Etiler Hemşiresi

