



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 239/2025-02-389
Konu : Göz Poliklinik Ameliyathanesi Stoku için 2 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Göz Poliklinik Ameliyathanesi Stoku
Son Teslim Tarih & Saat : 24/02/2025 17:00:00
İlan Tarihi : 20/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatların rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazınıl, silinli, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişi/lerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecektir FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarelerin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB kodu T.C. İçişleri Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına (TTÜBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTÜBB' de/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedatçı firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTÜBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedatçı veya bayi olduklarını gösteren , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMA VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYECİKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mikodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	3-01130038	6Z1039 GÖZ İÇİN MVR BİÇAK (3G)	600	ADET
2	3-01130059	6Z1060 VİSKOELASTİK KOHESİV (3G)	600	ADET

Müş ŞUBAN
HAŞTANE MEDÜK YRD

389

Opsiyon :

Teslimat :

EK

www.hisss.gazi.edu.tr
Şartname Eklî Dosyasında Sunulmaktadır.

S-01130038

GÖZ İÇİN MVR BIÇAK


- 1) Göz ameliyatlarında kullanım amaçlı olmalıdır.
- 2) Cerrahini farklı aşamalarında mükerrer kez kesi oluşturacak keskinlikte olmalıdır.
- 3) Steril, tekli paketlenmiş olmalıdır.
- 4) Cerrahi işlem esnasında kolay manipülasyon sağlayacak şekilde, uç noktasından yaklaşık 7 mm mesafeden 45 derece açılabilir olmalıdır.
- 5) Parasentez yapabilmek için veya 20G kesi için (1.3mm) olmalıdır.
- 6) Oluşturduğu kesi 23g trokar etrafından sızıntıya neden olmamalıdır ve ameliyat sonrasında trokar çıktıktan sonra da sızıntıya neden olmamalıdır.
- 7) Kesici ağız çift yüzeyi keskinleştirilmiş (bevel-up, bevel-down) olmalıdır.
- 8) Metal kısımları mikroskop ışığı altında parlamayan materyalden imal edilmiş olmalıdır
- 9) . Bıçağın sapı yüksek sıcaklıklara dayanabilecek materyalden imal edilmiş olmalı ve bıçak sapında bıçak numarası (Gauge size) yazılmış olmalı.
- 10) Bıçak üzerinde ürünün özelliğini belirtici renk kodu olmalıdır.
- 11) Bıçak sapı el ile tutulan kısmı yuvarlak bombeli ve tırtıklı olmalıdır.
- 12) CE belgesine sahip olmalıdır. TITUBB'ya kayıtlı olmalıdır.
- 13) Numune denenerek alınacaktır.


Prof. Dr. İhsan Gökhan GÖR
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip.No: 820.1131

Doç. Dr. Hacerin Başım ÖZDEMİR
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları
Diploma No: 2011-09-0148
Diploma Tesdi No: 157654

S-01130059 KOHESİF viskoelastik madde

1. Etken madde sadece sodyum hyaluronate olacaktır.
2. Yoğunluğu %1.5-1.8 arasında olmalıdır.
3. Koheziv ya da süperkoheziv özellik içermeli ve böylece ameliyatın her aşamasında kullanılabilmelidir.
4. Bir enjektörde en az 1.0 ml olmalıdır. .
5. Ürün kıyaslaması için ilgili teknik özellikler (molekül ağırlığı, pH, viskozite, osmolarite, vs) teklifte katalog bilgisi olarak sunulmalıdır.
6. Miktar-fiyat kıyaslaması ile karar verilecektir.
7. Ürün marka bilgileri ürün enjektörü üzerinde de yazılı olmalıdır.
8. Ürün blister ambalajda olmalı, poşetlerde olmamalıdır


Prof. Dr. İhsan Cökhan Güllü
Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları
Dip No: 157654


Doç. Dr. Hüsrevin Baran ÖZDEMİR
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları
Diploma No: 2011-09-0148
Diploma Tesci No: 157654