



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 239/2025-02-391
Konu : Genel Cerrahi Yoğun Bakım Stoku için 3 kalem matzeme alımı
Talep Eden Birim : Yoğun Bakım Depoları / Genel Cerrahi Yoğun Bakım Stoku
Son Teslim Tarih & Saat : 24/02/2025 17:00:00
İlan Tarihi : 20/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen matzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Proforma fiyatlarını aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Salın Alıma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen matzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatların rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazınmış, silinmiş, düzeltilmiş bulunmaması,
- 6- Adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen matzemenin, idarenin kesin siparişine müldekip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB Kodu: 1- C, ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (UTS)'ye Kayıtlı ve bu kayıtlı teklif tarifiyle ihbarıyla geçeri olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TTTUBB'da/UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedatıççı firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/UTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedatıççı veya bayi olduklarını gösterir. Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEKTEDİR.
TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :maslasesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mikolu	Matzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	S-010581	OR2000 ADAPTOR (KOLOSTOMI/ÜROSTOMI/LEOSTOMI TORBASI İÇİN) (3AY)	400	ADET
2	S-016285	OR2020 KOLOSTOMI/LEOSTOMI TORBASI, TEK PARÇALI, ALTIYAN BOŞALTIMALI (FİLİTRE DAHİL)	300	ADET
3	S-012338	OR2030 KOLOSTOMI TORBASI (ADAPTOR İÇİN) (FİLİTRE DAHİL)	400	ADET

M.amiş COBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opzyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihales.gov.tr
Şartname Eklil Dosyada Sunulmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1
İstem Tarihi : 13/02/2025
Bölüm Adı : Genel Cerrahi Yoğun Bakım Stoğu

Döküm Tarihi : 13/02/2025 15:28:00

Malzeme Kodu : S-010581
Malzeme Adı : OR2000 ADAPTÖR (KOLOSTOMİ/ÜROSTOMİ/ILEOSTOMİ TORBASI İÇİN) (3/A)

ADAPTÖRLÜ SİSTEM İÇİN ADAPTÖR ŞARTNAMESİ

- 1- Her adaptör, kullanıcının stoma çapına göre ayarlanabilmesi için kesilebilir özellikte olmalıdır.
- 2- Yapışkan kısım güvenlik için merkezi olarak yerleştirilmiş düşük profilli bir plastik ile esnek bir destekleyici tarafından (stomahesive) yapışkan diskten oluşmalıdır.
- 3- Adaptörlerin vücuda yapışan kısmı (stomahesive) jelatin (%20) petkin (%20) sodyum karboksimetilselüloz (%20) ve polisobütilen (%40) den imal edilmiş olmalı böylece vücutta yara, kaşıntı, alerji oluşumuna meydan vermemeli, oluşun tahrişleri iyileştirici özelliğe sahip olmalıdır.
- 4- Stomahesive kısım, ileostomi ve ürostomiden kaynaklı tahriş edici sekresyonların vücuda temasına engel olacak yoğunlukta olmalı böylece adaptör hiç bir sorunla karşılaşmaksızın ve hiç bir yan ürün kullanmaksızın (pasta, yapıştırıcı, koruyucu ve temizleyici gibi) vücutta en az 3 gün kalabilmelidir.
- 5- Cilde yapışan adhesive adaptör parça, kullanıcının hareket kabiliyetini engellemeyecek derecede, polietilen yapıda, oldukça esnek olmalıdır.
- 6- Adaptör, torbaya kolaylıkla takılabilir çit çitli sisteme sahip olmalıdır.
- 7- Adaptör ve torba birbirine uyumlu olmalıdır.
- 8- Derinin doğal PH sınını korumalıdır. (PH =6,1)
- 9- Derinin optimum ısısını korumalıdır. (35,2)
- 10- Adaptörler 60mm (+/- 10 mm) boyutlarında olmalıdır.
- 11- İstendiğinde kemer takılabilecek bağlantı yerleri olmalıdır.
- 12- Numune görülmesi gerekmektedir.

<p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>Dr. Mustafa SAPE T.C. Gazi Hastanesi Genel Cerrahi Diploma No: 83-04-132 Dip. Pasajı No: 34057</p>	<p>Prof. Dr. Ekmel TEZEL T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi Genel Cerrahi Dip. No: 8405 Dip. Tes. No: 60657</p>	<p>ONAYLAYAN</p>
--	--	------------------



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1

İstem Tarihi : 13/02/2025

Döküm Tarihi : 13/02/2025 15:29:00

Bölüm Adı : Genel Cerrahi Yoğun Bakım Stoğu

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

S-012338

OR2030 KOLOSTOMİ TORBASİ (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL)

ADAPTÖRLÜ SİSTEM İÇİN ALTTAN BOŞALTMALI KOLOSTOMİ TORBA ŞARTNAMESİ

1. Torbalar, gaita birikimini engelleyebilmek için alttan boşaltılabilir olmalıdır.
2. Herbir torba kendinden klipsli olmalıdır.
3. Torbalar terlemeyi ve hışırtıyı önleyici 5 kat film tabakasından imal edilmiş olmalıdır.
4. Torbalar şeffaf olmalıdır.
5. Torbalar kendinden filtreli olmalıdır.
6. İstenildiğinde kemer takılabilecek bağlantı yerleri olmalıdır.
7. Torba boyu 60 mm (+/- 10 mm) olup adaptörlerle uyumlu boyutlarda olmalıdır.
8. Numune görülmesi gerekmektedir.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Mustafa SAPE
T.C. Gazi Üniversitesi
Genel Cerrahi
Dip. No: 8405 Dlp. Tes. No: 60657

Prof. Dr. Ekme TEZEL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Genel Cerrahi
Dip. No: 8405 Dlp. Tes. No: 60657

ONAYLAYAN

Servis Ünite Sorumlu Hemşiresi ZEKIYE KANLI

Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29737
İstem Tarihi : 13/02/2025
Bölüm Adı : Genel Cerrahi Yoğun Bakım Stoğu

Döküm Tarihi : 19/02/2025 11:15:00

Malzeme Kodu

S-016285

Malzeme Adı

OR2020 KOLOSTOMİ İLEOSTOMİ /İLEOSTOMİ TORBASI, TEK PARÇALI, ALTTAN BOŞALTMALI (FİLTRE DAHİL)

Tek Parçalı Alttan Boşaltmalı (Kolostomi ve İleostomi)Torba

- 1 Cilde yapışkan kısmı , nem emme özelliğine sahip olmalı, maserasyonu engellemelidir.
- 2 Torbaların cilde temas eden, yapışkan kısmı peristomal cildi koruyucu özellikte hidrokolloid içeren materyalden yapılmış olmalıdır.
- 3 Uygulama sonrasında ciltte yapışkan artığı bırakmamalıdır.
- 4 Yapışkanın içerdiği PH değeri cilde yakın , dolayısıyla cilde dost olmalıdır.
- 5 Torba yumuşak ve koku geçirmemeli.
- 6 Şeffaf olmalı
- 7 Torbanın cilde temas eden yüzeyinde terlemeyi önleyici %100 polyester yumuşak bir astar ile kaplı olmalı, cildin hava almasını sağlamalıdır.
- 8 Suya dayanıklı olmalıdır.
- 9 Her torbanın boşaltım sistemi kendinden boşaltma klipsine sahip olmalı. Boşaltım klipsi esnek , cilt üzerinde hissedilmez, ve kıyafetten fark edilmez olmalı.
- 10 Boşaltmalı torbalarda filtre yeri torba üzerinde sabit olmalı. Sonradan filtre yapıştırılmamalı.
- 11 60-75mm(+/- 10mm) çapı kesilebilir modelde olmalı .
- 12 Numune görülmüştür .

<p>Prof.Dr. Mustafa KAPTEPE T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Genel Cerrahi Dip.No: 6406 Dip. Tes. No: 60657</p>	<p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>Prof.Dr. Ekmel TEZEL T.C. Gazi Üniversitesi Genel Cerrahi Dip.No: 6406 Dip. Tes. No: 60657</p>	<p>ONAYLAYAN</p>
---	--	------------------

Servis Ünite Sorumlu Hemşiresi ZEKİYE KANLI
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi