



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2103024-04-1823
Konu : 3 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Radyoloji Depoları / Radyoloji Anjyo Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 01/05/2024 17:00:00 İhan Tarihi : 29/04/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Prototoma talimatını aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalajı şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Uzende kazınmış, silinmiş, düzeltilmiş bulunmaması,
- 6-Adı ,soyadı veya ticareti unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecektir. FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarelerin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB Kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan çıktılan her kalem /kalemler için ayrı TTTUBB' da ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve teklifçi firma ve bayi konurunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konurunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösteren , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞÇA BELİRTMEKTEDİR.
TEKLİFLERİLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLMELİDİR.
ÖDEMELER MAL MÜAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :nastanesalinma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-017077	GR4146 SİYANOAKRİLAT İZEREN ÜRÜNLER (GLT KESİLERİ İÇİN)	150	ADET
2	S-013012	GR1250-56 UZATMA HATTI, BAĞLANTI HORTUMU, OPAK MADDE (ÇİN (SH/İM))	500	ADET
3	S-013098	GR1048/KR2070/KV1282 SET , LK GİSİM, MİKRO, VASKÜLER, STANDART (SH/İM))	100	ADET

Memis COBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Ekop
HYK 9900394

Opsiyon :
Teslimat :
EK :
www.hiss.gazi.edu.tr
Şartname Ekin Dosyasında Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26142
İstem Tarihi : 19/04/2024
Bölüm Adı : Radyoloji Anjiyo Stoğu



Döküm Tarihi : 19/04/2024 15:20:00

Malzeme Kodu : J01-017077
Malzeme Adı : OR4145 SİYANOAKRİLAT İÇEREN ÜRÜNLER (CİLT KESİLERİ İÇİN)

Embolizan, sıvı, adeziv, akrilat, nbca / modifiye Teknik Şartnamesi
JENERİK KODU: J01-017077

SUT KODU:OR4145

- 1) Nöroradyolojik ve periferik girişimlerde arteriyovenöz malformasyonların veya fistüllerin süper selektif kalıcı embolizasyonunda kullanılır.
- 2) İçeriği siyanoakrilat olmalıdır.
- 3) 0.5 ml.lik steril plastik tüplerde 0.5gr.lık siyanoakrilat içeren formda sunulmalıdır.
- 4) Işık almayan ve koruyuculu orijinal ambalajlar içerisinde steril halde bulunmalı ve +5 °C altında depolanmış olmalıdır.
- 5) Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 6) Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
- 7) Firma kullanım süresi bitiminden iki ay önce başvurulduğunda ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 8) Numunesi gelmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır..

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>TC Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Öz. Doç. Dr. F. (Uzm. Dr.) Radyoloji Uzmanı Dr. Ramazan ÜNAL</p> 	

Sağlık Teknikeri Ramazan ÜNAL

Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26142
İstem Tarihi : 19/04/2024
Bölüm Adı : Radyoloji Anjiyo Stoğu

Döküm Tarihi : 19/04/2024 15:21:00



Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
S-013012 GR1250-56 UZATMA HATTI, BAĞLANTI HORTUMU, OPAK MADDE İÇİN (3/H//M)

Bağlantı hortumu, opak madde için, basınca dayanıklı Teknik Şartnamesi

Sut Kodu: GR1254

Sipariş Kodu: S-013012

- 1) Konnektörler kateter ile anjiyografik ve girişimsel işlemler sırasında kullanılacaktır.
- 2) Tamamen şeffaf ve yumuşak plastikten imal edilmiş olmalı ve 800 psi basınca dayanıklı olmalıdır.
- 3) Bir ucu erkek ve bir ucu dişi olmalıdır. Dişi uç rotating adaptörlü olmalıdır. Sızdırmayı engellemek amacı ile rotating adaptör kısmında conta sistemi olmalıdır.
- 4) Anjiyografi ünitesi, Medrad marka otomatik enjektörüne kolay takılıp çıkarılabilmelidir.
- 5) Manuel kullanımlara izin verecek ölçüde esnek olmalıdır.
- 6) 200 cm uzunlukta olmalıdır.
- 7) Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 8) Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
- 9) Firma kullanım süresi bitiminden iki ay önce başvurulduğunda ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 10) Numunesi gelmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır...

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
 Sağlık Teknikeri Ramazan UNAL Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi	

Sağlık Teknikeri Ramazan UNAL
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26142
İstem Tarihi : 19/04/2024
Bölüm Adı : Radyoloji Anjiyo Stoğu

Döküm Tarihi : 19/04/2024 15:21:00

Malzeme Kodu : S-013098
Malzeme Adı : GR1049/KR2070/KV1282 SET, İLK GİRİM, MİKRO, VASKÜLER, STANDART (3/H/I/M)

Set, ilk girim, mikro, vasküler, standart Teknik Şartnamesi

Sut Kodu: GR1049

Sipariş Kodu: S-013098

- 1) Zayıf arterial nabız alındığı durumlarda veya küçük çaptaki arteriyel sistemlere giriş için dizayn edilmiş olmalı ve bir adet girişim iğnesi, bir adet kılavuz tel ve koaksiyal sistemde iki adet dilatör içermelidir
- 2) Girişim iğnesi 21G kalınlıkta mandrelsiz ve keskin uçu olmalıdır. İğne içinden 0.018 inch kılavuz tel geçebilmelidir.
- 3) Kılavuz tel 0.018 inch kalınlıkta olmalıdır. Uzunluğu sistem ile uyumlu olmak üzere en az 25 cm uzunlukta olmalıdır. Kılavuz tel floroskopi altında görülebilir (radyoopak) olmalıdır.
- 4) Kılavuz tel shaft kısmı sert, uç kısmı yumuşak ve radyoopak olmalıdır (shaft kısmının paslanmaz çelik veya nitinolden, uç kısmının platinden yapılmış olması bu şartları sağlayacaktır). Fleksibl uç uzunluğu 5 cm.'den kısa 10 cm'den uzun olmamalıdır.

Koaksiyal dilatörler 4Fr olmalıdır. Sistem 9-12 cm uzunlukta olmalıdır. Dıştaki dilatörün içerisinden 0.035inch kılavuz tel geçmelidir. İçteki dilatörün içerisinden 0.018 inch kılavuz tel geçmelidir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>T.C. Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Doç. Dr. Fatih ÖNÜO Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Dok. Tıp. Bölümü</p>	

Sağlık Teknikeri Ramazan UNAL

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi