



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 210.4024-04-1830
Konu : 3 kalem malzeme alım
Talep Eden Birim : Laboratuvar Depoları / Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı 1
Son Teslim Tarih & Saat : 01/08/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 29/04/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Performa fatürarını aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğini belirtmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL/Türk Lirası) olarak fiyat verip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazını silinli, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticareti unvan yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB kodu. 1. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTÜBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma kalem her kalem (kalemler için ayrı ayrı TTÜBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedatıçı firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTÜBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalemlerimlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedatıçı veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLUACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECÉKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYECÉKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMEİLER MAL MUDAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Adı/Başlığı	Miktar	Birim
1	J07-0728872	ADAĞIK HÜCRE ANTIKORU	288	TEST
2	J07-072230	GLUTAMİK ASIT DEKARBOKSİLİZ (AVTI GAD).	288	TEST
3	J07-072753	INSULİN OTOANTİKORLARI	288	TEST

Mehmet ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

1830
HYS:19903925
Ekopi

Opsiyon :
Teslimat :
EK :
www.ihale.gazi.edu.tr
Şartname Ekin Dosyasında Sunulmaktadır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
MERKEZ BİYOKİMYA LABORATUVARLARI DOĞRUDAN TEMİN İLE
KİT VE KİT KARŞILIĞI ALINACAK OTOANALİZÖRLERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kısım	Sıra No	Test (kit) Adı	Test Miktarı
1	1	Adacık Hücre Antikoru	288
1	2	Anti GAD Antikoru	288
1	3	Anti İnsülin Antikoru	288
Kısım Toplamı			864

ELISA Yöntemiyle Çalışılacak Olan Testlerin Özellikleri

- 1.1. Yukardaki 3 (üç) test için; Laboratuvarımızda ELİSA yöntemi ile çalışılmak üzere teklif verilecektir.
- 1.2. Kit serum örneği kullanan enzim immunoassay (EIA) yöntemi ile çalışmalıdır.
- 1.3. Kitin içinde, testi çalışabilmek için gerekli reaktiflerin tümü mevcut olmalıdır, ilave herhangi bir maddeye ihtiyaç duyulmamalıdır.
- 1.4. Kitler orijinal ambalajı içinde, açılmadan teslim edilmelidir. Reaktifler üzerinde üretici firmanın orijinal etiketi, üretim seri no'su, saklama koşulları ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- 1.5. Standart ve iç kalite kontroller kit ile birlikte ücretsiz verilecektir.
- 1.6. Kitin hassasiyeti yüksek olmalıdır.
- 1.7. Kitin analitik performansı yüksek olmalıdır.
- 1.8. Kitler hastane tarafından yapılacak olan talebe göre partiler halinde teslim edilecektir. Teslim edilen kitler en az 6 ay miyadlı olacaktır.

Yüklenici firma tarafından kurulacak olan Eliza cihazı özellikleri:

- 2.1. Bu Kısım için ihale süresince her türlü bakım, onarım, sarf malzemesi vb. yüklenici firma tarafından karşılanmak üzere yükleyici firma tek bir testi bile olsa bir ELISA yıkayıcı, okuyucu ve bilgisayar sağlayacaktır.
- 2.2. Sistem ihaledeki tüm kitlerin / reaktiflerin belirtilen analitik performans ile çalışılabileceği konfigürasyon ve kapasitede olmalıdır.
- 2.3. Plate okuyucu 96'lık plate okunmalıdır
- 2.4. İhale süresince her türlü bakım ve onarımlar eksiksiz olarak sağlanmalıdır. Bakım ve onarımlar cihaz üretici firmasının belirlediği/önerdiği aralık ve gerekliliklere göre yapılmalı ve teknik rapor ile dokümanite edilmelidir. Bakım ve onarım süresince hizmetin devamlılığı sağlanmalı, hizmet devamlılığını etkilemeyecek şekilde programlama yapılmalıdır.
- 2.5. Arıza durumunda yapılacaklar, yedek parça ihtiyacının nasıl sağlanacağı ayrıca sunulmalıdır.
- 2.6. Teklif edilen plate okuyucu bu ihale sonucu yapılacak sözleşmenin bitiş tarihinde 10 yaşını aşmamış olacaktır. Cihaz yaşının belirlenmesinde cihaza ait gümrük belgeleri esas alınacak olup bu belge/belgeler cihaz kurulumu sırasında Laboratuvar Sorumlusuna ve Muayene Kabul Komisyona verilecektir.
- 2.7. Sistemin tamamı yazılım tarafından kontrol edilebilmelidir. Sistem üretici firmanın orijinal ve güncel yazılımları ile kullanılmalıdır. Yazılımların güncelliği takip edilmeli ve sağlanmalıdır. Yazılım veri toplanması ve işlenmesine uygun olmalıdır. Tüm veriler Microsoft Office programlarına (excel vb.) alınabilmelidir. Sistem ile birlikte üretici firmanın tavsiye ettiği, cihazla tamamen uyumlu, güncel konfigürasyonda verilecek olan bilgisayar sistemine (Intel core 7 işlemci, 4 GB ram, 512 GB hard disk, Windows işletim sistemi (güncel), 27 inch monitör, laser yazıcı ve sarfları dahil) sonuç hesaplama

Prof. Dr. Özlem GÜLBAHAR
T.C. S.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Tıbbi Biyokimya
T.C. 2007 Dip. Tes. No: 50304

programı yüklü olmalıdır.

2.8 Ayrıca 1 adet çok kanallı otomatik pipet (uzman tarafından uygun görülen özelliklerde) verilmelidir. Gerekli olan sarf malzemeleri (polistren 5ml tüp, pastör pipeti, sarı pipet ucu, mavi pipet ucu, A4 kağıdı,) ücretsiz olarak temin edilmelidir.

2.9. Kurulacak plate okuyucu laboratuvarın diğer çalışmalarında kullanılabilir.

2.10. ELİSA cihazında laboratuvarın ihtiyaç duyduğu ek testler de çalışacaktır.

BAKIM, ONARIM, YEDEK PARÇA, SARF MALZEMESİ, TEKNİK DOKÜMAN

3.1. Cihazın bakım-onarımı cihaz laboratuvarında kullanıldığı sürece firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Yüklenici, sistemin arızalanması durumunda kendilerine yapılan bildirim izleyen iki saat içerisinde arızaya müdahale ederek sistemi çalıştıracaklardır, arızanın giderilmesi için yapılacak çalışmanın 24 saati aşması durumunda çalışılmayan numuneleri ISO belgeli bir laboratuvarında aynı cihazlarla çalıştırıp, sonuçlarını laboratuvarımıza aynı gün ulaştıracaklardır. Geçiken her gün için sözleşme bedelinin binde 1'i kadar para cezasını hastane döner sermaye saymanlığına ödeyeceklerdir. 48 saat içinde yapılamazsa yüklenici 20 gün içerisinde yeni bir sistemi laboratuvara kuracaktır.

3.2. İstekliler, kendi bünyelerinde veya yetkili satıcısı oldukları ana ithalatçı firmanın bünyesinde Ankara'da Teknik Servisinin bulunduğu dair belgeyi veya ihale üzerinde kalması halinde, sözleşmenin imzalanmasını takiben 30 (otuz) takvim günü içinde Ankara'da teknik servis kuracaktır.

3.3. İstekliler, Ankara'da yerleşik olan veya ihale uhdesinde kalması halinde Ankara'da kurmayı taahhüt ettiği teknik servis bünyesinde çalıştıracığı en az bir adet teknik personelin, teklif edilen sistemi kapsayan ve üreticisi tarafından verilen teknik servis eğitimi aldığına dair, teknik servis eğitim sertifikasını vereceklerdir.

3.4. Firmalar, teklif ettikleri kitlerin ve cihazın satışı için üretici firmadan aldıkları noter tasdikli yetki belgesini teklif dosyasıyla vereceklerdir. Ayrıca ihale dönemi içerisinde temsilciliğini kaybetmesi halinde dönem sonuna kadar kit temin edecektir.

3.5. Cihazın günlük, haftalık, aylık, 6 aylık ve yıllık bakımlar sırasında neler yapılması gerektiği ile ilgili bakım çizelgesi firma tarafından hazırlanmalıdır. Formlar tarafımızdan takip edilecek ve firmaya ait bakımlar yerine getirilmediği takdirde en geç on beş gün içinde yapılması sağlanacaktır. Yapılmaması halinde resmi işlemler başlatılacaktır.

3.6. Cihaz kurulduktan sonra cihazın yaşı, hizmete giriş tarihi, seri numarası, hangi firmaya ait olduğuna dair bilgiler ve/veya belgeler laboratuvarında cihaz dosyasına konulmak üzere laboratuvar sorumlusuna iletilmelidir.

3.7. Teklif edilecek cihazların halen üretimde olduğu ve cihazın ihale süresi içinde on yaşının altında olduğu belgelenmelidir. Bu durumu gösterir, ihalenin yapılacağı yıla ait üretici firmadan alınmış belgelerin noter onaylı sureti ihale dosyasında sunulmalıdır. Ayrıca bu belgeler muayene aşamasında da ilgili komisyona sunulacaktır.

3.8. Personelin eğitimi sırasında Türkçe ve İngilizce kullanım kılavuzu laboratuvara verilecektir.

3.9. Yüklenici tüm reaktif ve cihazda kullanılan diğer solüsyonlar için Türkçe malzeme güvenlik bilgi formlarını (MSDS) basılı ve klasörlenmiş halde laboratuvara teslim edecektir.

4. TÜM GRUPLAR İÇİN MONTAJ

4.1. Tüm Cihazların montajından firmalar sorumludur. Cihazların çalışabilmesi için gerekli tüm tesisat (elektrik, su, alt yapı) firma tarafından kurulacaktır.


4.2. Cihazlarının yerleştirileceği laboratuvardaki gerekli düzenlemeler ilgili firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

5. TÜM GRUPLAR İÇİN EĞİTİM

Prof. Dr. Ozlem G. BAHAR
T.C. G.Ü. T.F. Gaz. Hastanesi
Tıbbi Biyokimya
No: 2367 / Sip. No: 5030

5.1.Sayısı kurum tarafından belirtilen personele cihaz ve dięer ürünlerle ilgili teorik ve pratik eğitim verilecektir. Bu eğitimle ilgili tüm sarf ve dięer giderler firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Bu eğitim kurumun talebi doğrultusunda gerektiğinde ücretsiz tekrarlanabilecektir.

5.2.Eğitim verilen tüm personele sertifika düzenlenmelidir.


Prof.Dr. Ozlem GÜLALP
T.C. G.Ü.T.F. Gaz Hastanesi
Nöbetçi Biyokimya
E-posta: 2302 Dış. Tes No: 50304