



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mi Kodu	Miktar	Birim
1	J08-088217 ETANOL GRİ KAPAKLI (SODYUM FLORİD VE DISODYUM EDTA)LI KAY ALMA TÜPÜ	5000	ADET

2160
Müemir COB ANI
HAŞTANE MÜDÜR YRD

İstem No/Alım No : 216/2024-05-2160
Konu : 1 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Acil Depo / Acil Servis (Ana Depo) Stogu
Son Teslim Tarih & Saat : 27/05/2024 17:00:00
İlan Tarihi : 23/05/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Proforma fiyatının aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alına Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemenin teslim süresi, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazınılı, silinti, düzeltilme bulunmayan rakamla ve yazıyla yazılması,
- 6- Ad, soyad veya ticareti unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceksin FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi,
- 9- Zonuldukları. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTÜBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıtlı teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem kalemler için ayrı ayrı TİTÜBB'da/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedatı için ayrı ayrı TİTÜBB'da/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmasının sağlanması gerekmektedir. Alıma çıkılan her kalem kalemler için ayrı ayrı TİTÜBB'da/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmasının sağlanması gerekmektedir. Alıma çıkılan her kalem kalemler için ayrı ayrı TİTÜBB'da/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmasının sağlanması gerekmektedir.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedatı veya bayi olduklarını gösterir. Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAĞI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECİKTİR.
*TEKLİFLER BİRLİKTE NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECİKTİR.
*ÖDEMELER MAL MÜAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
*E-POSTA: ihalesales@gaazi.edu.tr

Opsiyon :
Teslimat :
EK :
www.ihss.gazi.edu.tr
Şartname Etili Dosyasında Sunulmaktadır.

22.05.2024

SODYUM FLORİD VE DİSODYUM EDTALI TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sodyum Florid ve Disodyum Edtalı 4 veya 4,5 ml'lik hemogard gri kapaklı kan alma tüpünü tanımlamaktadır
2. Tüpler PET(polietilenterephtalat) malzemeden yapılmış 13x75 mm plastik olmalıdır
3. Tüplerin içi steril olmalı ve tüpün üzerinde belirtilmelidir. Tüplerin yapısı orijinal katalog ile belgelendirilecektir
4. Tüplerin içinde 1,5 mg/dl sodyum florid (NaF) ve 3 mg/ml disodyum EDTA (Na₂ EDTA) olacaktır.
5. Tüplerin alt ucu kapalı yarım küre biçiminde olmalı, düz olmamalıdır.
6. Tüplerin açık ucu, tüp içindeki vakumu koruyacak biçimde hemogard kapaklı olmalıdır
7. Kan alma seviyesi tüp üzerinde işaretli olmalıdır
8. Tüplerin kapakları rutin kullanım sırasında kolay açılabilir özellikte olmalıdır
9. Hemogard kapak iğnenin girebileceği, geri atmayacağı sertlikte olmalı ve kapak açıldığı zaman kanın sıçramasını engelleyecek şekilde olmalı, ayrıca santrifüj edildiğinde sorun çıkarmamalıdır
10. Tüplerin kapak renkleri uluslararası renk kod sistemine göre gri renkte olmalıdır
11. Tüp üzerinde renk ile uyumlu etiket olmalıdır
12. Tüp etiketi üzerinde ürün kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, ürün adı, dolun hacmi (ml cinsinden) ve üretici firma logosu bulunmalıdır
13. Ambalajlar sağlam olmalı, yükleme taşıma esnasında sağlamlık ve nakil kolaylığı gösterecek şekilde olmalıdır. Ambalajlar üzerinde üretici firma adı, tüp adeti, son kullanma tarihi, steril işareti ve lot numarası olmalıdır.
14. Vakumlu kan alma tüpleri teslim alma tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olacaktır. Miadı yaklaşan ürünler son kullanma tarihine en az 3 ay kala firmaya haber verilmek kaydıyla değiştirilecektir.
15. Laboratuvarda standardizasyonun sağlanması için kan alma sırasında kapağın açılması, tüpün geri kaçması, iğnenin holderden çıkması vakumun yetersiz olması veya fazla olması santrifüjde kırılması, hemolizli veya fibrinli plazma oluşması veya test sonuçlarının olumsuz etkilenmesi v.b. durumlarına karşı, teklif edilen vakumlu tüpler ile kan alınmasından test sonuçlarının çıkmasına kadar geçen işlemleri kapsayan bir deneme çalışması yapılacaktır. Denemeler için en az 50 adet orijinal ambalajında tüp teklif verme esnasında ihale komisyonuna sunulacaktır. İhale sonucuna denemelerden sonra karar verilecektir.

Prof. Dr. Ahmet DEMİRCAN
Gazi Üniversitesi Gazi Hast.
Acil Tıp Diploma No: 94041034
T.C. Sağlık Bakanlığı No: 70022

22.05.2024

16. Daha sonraki rutin çalışmalar sırasında tüplerle ilgili yukardaki maddede belirtilen problemler olması durumunda bu tüpler firma tarafından yeni lot numaralı tüpler ile değiştirilecek ve sorunların çözülmesi sağlanacaktır.
17. İhale dosyasında teklif edilen ürünlere ait UBB(Ulusal Bilgi Bankası) kaydı bulunmalıdır.

Prof. Dr. Ahmet DEMİRCAN
Gazi Üniversitesi Gaz Hast.
Acil Tıp Diploma No: 94011034
Tıp Tescil No: 70022

Prof. Dr. Ahmet DEMİRCAN
Gazi Üniversitesi Gaz Hast.
Acil Tıp Diploma No: 94011034
Tıp Tescil No: 70022