



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 21/4 ZD24-05-2258
Konu : 1 kalem mazeme alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoku
Son Teslim Tarih & Saat : 31/05/2024 17:00:00
İlan Tarihi : 30/05/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ilişkin duyurulmuştur. Protokolün aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Salın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir. Birim fiyatlarının takamta ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekte FAKS mesajının bir epekte ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin ,idarenin kesh siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedatkiçi firma ve bayi konularında olma şartı aranacaktır. TTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konularında olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedatkiçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECÉKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECÉKTİR.
*TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
*ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hastanesatirnama@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Miktar	Birim
1	50000	ADET

Mengü ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.hissatrazzi.edu.tr
Şirketimiz Etili Dosyasında Sunulmaktadır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
TIBBİ BİYOKİMYA (MERKEZ HEMATOLOJİ VE HEMOSTAZ) LABORATUVARI
SODYUM SİTRATLI KAN ALMA TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname 14 maddeden oluşmakta olup hemoguard kapaklı, SODYUMSİTRAT'lı kan alma tüpünü tanımlamaktadır.

- 1- Tüpler en az 2,7 ml kan alma hacimli olacaktır.
- 2- Tüpler PET (polietilentetraphalat) malzemeden yapılmış 13x75 mm plastik olmalıdır.
- 3- Tüplerin içi steril olmalı ve tüpün üzerinde belirtilmeli.
- 4- Tüplerin içinde %3,2 sodyumcitrate olacaktır.
- 5- Tüplerin alt ucu kapalı yarım küre biçiminde olmalı düz olmamalıdır.
- 6- Tüplerin kapak renkleri uluslararası renk kod sistemine göre "mavi" renkte olmalıdır.
- 7- Tüplerin üzerinde renk ile uyumlu etiket olmalıdır.
- 8- Tüp etiketi üzerinde ürün kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, ürün adı, dolun hacmi, (ml cinsinden) ve üretici firma logosu bulunmalıdır.
- 9- Kan alma seviyesi tüp üzerinde işaretli olmalıdır.
- 10- Hemoguard kapak üzerinde sert plastikten yapılmış bir kapak daha yer almalıdır. Bu kapak iğnenin girebileceği, geri atmayacağı sertlikte olmalı ve cihaz problemleriyle uyumlu olmalıdır.
- 11- Tüplerin kapakları rutin kullanım sırasında kolay açılabilir özellikte olmalıdır.
- 12- Ambalajlar sağlam olmalı, yükleme taşıma esnasında sağlamlık ve nakil kolaylığı gösterecek şekilde olmalıdır.
- 13- En az 50 tüp numunesi kan alma kolaylığı ve cihaz uyumluluğu açısından denendikten sonra uygunluk verilecektir.
- 14- Tüplerle birlikte, aynı markada, Heparin tedavisi gören hastalarda kullanılmak üzere, PET veya Cam malzemeden yapılmış, 100 adet, "%3,2 sitrat tamponlu, Teofilin, Adenozin ve Dipidamol" içeren tüpler ücretsiz olarak verilecektir.

Prof. Dr. Zühre KAYA
Merkez Hematoloji ve Hemostaz
Laboratuvar Sorumlusu



Prof. Dr. Özlem GÜLBAHAR
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlar
Sorumlusu

