



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2/4/2024-05-2260
Konu : 4 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stoku
Son Teslim Tarihi & Saat : 31/05/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 30/05/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Proförma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalajı şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazını, silini, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idaremin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi belirtilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB kodu, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTÜBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıtlı teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan çıktılar her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTÜBB' de/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve teklifçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTÜBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedatçı veya bayi olduğunumu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLAÇAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARIL İLE TEKLİF VERECEKİTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTECEKİTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NÜMUNE GETİRİLECEKİTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hasanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mi Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-015923	OR2840 VERES İGNE51 15 CM.	15	ADET
2	J01-011573	KOTER PLAK KABLOSU TEK GİRİŞ (REUSABLE)	50	ADET
3	J01-01E349	OMUZ TRAKSİYON SİNGERİ	10	ADET
4	J01-013528	STERİLİZASYON KONTREYNİR PTFE FİLTRESİ	20	ADET

Memur COBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
EK :
www.ihiss.gazi.edu.tr
Şartname EKH Dosyasında Sunulmaktadır.

J01-015923 OR2840 VERES İĞNESİ 15 CM

- 1.Disposable olmalıdır.
- 2.İğne laparoskopik prosedürlerde pneumoperitoneum oluşturmak amacıyla kullanılmalıdır.
- 3.İğnenin uzunluğu 150 mm olmalıdır.
- 4.İğnenin çapı en fazla 14 gauge olmalıdır.
- 5.İğnenin uç kısmı silikonla kaplı ve keskin olmalıdır.
- 6.İğnede bulunan kırmızı indikatör, iğnenin fasyayı geçişi anında sesli ve görsel ikaz etme özelliğine sahip olmalıdır.
- 7.İğne şeffaf vana ve tutaç kısmına sahip olmalıdır.
- 8.İğnenin ucunda koruyucu kılıf mekanizması olmalıdır.
- 9.Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri steril paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir. Teklif verecek firmalar, miadı yaklaşan ürünleri son kullanma tarihine 6 ay kala yenileriyle değişimini yapmalıdır.
- 10.Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
- 11.Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
- 12.Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
13. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de ;Ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.


DÜŞÜNCE MEDİKAL
T.C. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları
Dip.No: 3168 Dip.Tip.No: 86049


Ebru GÜLLÜ
Ameliyathane Sorumlusu

J01-011573 REUSABLE KOTER PLAĐI ARA KABLOSU TEK GİRİŐLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1 – Ürün reusable olmalıdır.
- 2 – Kablo, koter cihazı ile birlikte kullanılacak olan disposable koter plađı arasındaki bağlantıyı sağlamalıdır.
- 3 – Kablonun koter cihazına bağlantı ucu Tek Pin girişli olmalıdır.
- 4 – Kablonun koter plađı ile bağlantıyı sağladığı tutaç kısmı klemp şeklinde olmalıdır.
- 5 – Kablo çiftli (split) koter plakları ile kullanılabilmelidir.
- 6 – Kablonun uzunluğu en az 4,5 metre olmalıdır.
- 7 – Kablo kullanılacak olan koterin girişlerine uygun olmalıdır.
- 8 – CE belgesine sahip olmalıdır.
- 9 – Kablo, boyutları 18,3x11,4 cm, iletken yüzey alanı 137cm²'den küçük olmayan disposable koter plaklarına uyumlu olmalıdır.
- 10 – Kablo paketi üzerinde üretici firmanın vermiş olduğu barkod numarası olmalı ve bu barkod numarası sağlık bakanlığından onaylı olmalıdır.
- 11 – Ürün numunesi kullanıcı bölüm tarafından değerlendirilip, alımına karar verilecektir.

Doç. Dr. Kürşat DİKMEN
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Genel Koordinatör
Dip.No: 3168 Dip.İes.No: 66049

Ebru GÜMÜŐLÜ
Ameliyathane Uzman
Cerrahisi

J01-01E349 OMUZ TRAKSİYON SÜNGERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Ameliyatlarda kullanıma uygun antialerjik olmalıdır.
2. Süngerin bir yüzeyi hastanın kolu sağlam kavrayabilmesi için oluklu olmalıdır.
3. Hastanın dirsek ve el çevresini tamamen salmalıdır.
4. Traksiyon sistemine bağlantı halkası bulunmalıdır.
5. Traksiyon için ameliyatta kullanıma uygun en az 2,60 metrelik traksiyon ipi olmalıdır.
6. Minderin kola sabitlenebilmesi için en az iki kilitlemesi bulunmalıdır.
7. Ethilen oksit otoklavı ile steril edilebilmelidir.
8. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.


Prof. Dr. Hüseyin KANATLI
T.C. G.S.T.F. Gazi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip.No: 93-011-008
Dip.Tec. No: 712216


Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ
Ameliyathane Ekim
Sorumlusu

JOL-013528

UZUN ÖMÜRLÜ FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Konteyner filtresi çok kullanımlık olmalıdır.
- Konteyner filtresi tekli ambalajlarda olmalıdır
- Konteyner filtresi sağlık bakanlığı onaylı olmalı ve UTS sisteminde kaydı bulunmalıdır.
- Konteyner filtresi polytetrafluoroethylene (PTFE) imal edilmiş olmalı tekstil ya da kağıt olmamalıdır.
- Konteyner filtresi teflon alanı darbe ve yıpranmalardan koruyacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- Konteyner filtresi en az 5000 sterilizasyon döngüsünü tamamlamalı ve bu özellik katalogda görülebilmelidir.
- Konteyner filtresi değişimi herhangi bir ek aparata ihtiyaç duymadan kolaylıkla sökülüp takılabilmelidir.
- Konteyner filtresi hastanemizdeki Aesculap marka konteynerlere tam uyumlu olmalıdır.

Doç.Dr. Kırsal DİKMEN
Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi
Genel Müdürlüğü
Dip.No: 3163 Dk. Tes.No: 86049

Ebr. GÜMÜŞ KARAYENİ
Ameliyathane Sorumlusu