



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 216-2024-06-2435
Konu : 1 Kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoku
Son Teslim Tarih & Saat : 25/06/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 24/06/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Profforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süresi, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceksse FAKS mesajını bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemenin, idaremi kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Usul Bilgi Bankasına (TTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterilmesi ve teklifçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili tihataççı, tedatkiçi veya bayi olduklarını gösterir , Usul Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKLER.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIÇA BELİRTMEKTEKLER.
TEKLİFLERİNDE BİRLİKTE NUMUNELERİNİ GÖSTERMEKTEKLER.
*ÖDEMELEERİN MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
*E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Miktar	Birim
1	200000	ADET

Mamiş COBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

2435

Opsiyon :
Teslimat :
EK :
www.hsis.gazi.edu.tr
Şartname Eklil Dosyasıda Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26885
İstem Tarihi : 10/06/2024
Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Döküm Tarihi : 11/06/2024 15:53:00

Malzeme Kodu : J01-010605
Malzeme Adı : ENJEKTÖR 5 CC 'LIK (YEŞİL İĞNE)

ENJEKTÖRLER 5 CC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık ve non toksik tıbbi PVC?den yapılmış olmalı
2. Her çeşit iğne ucuna, katetere, stepkak v.b.malzemelerle kullanıldığında ajutajı uymalı, özellikle ajutajı perfüzörlere ve çam ağacına uyumlu olmalı, ajutaj ucu pürüzsüz olmalı
3. Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalı
4. Cc ve dizyem çizgisi 0?dan başlamalı
5. Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı, rakamlar gövdenin sağ tarafında düzgün olarak okunabilmeli, rakamlar ters basılmamalı ve ıslanmışında silinmemeli
6. Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli
7. Enjektöre sıvı çekildiğinde, enjektörün pozisyonuna bağlı olarak, iğne ucundan istemsiz olarak dışarı sıvı sızdırmamalı
8. Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı
9. İçinde disposable yeşil iğne ucu olmalı
10. İğne uçları paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı
11. İğne uçlarının cidarı çok ince yapıda ve uç bilemeleri uzun eğimli olmalı, ucu çapaklı, tırtıklı ve künt olmamalı
12. İğne ajutajı (sivrilene uç) enjektör merkezinde yada kenar kısmında olmalı
13. Steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj kenarları iyi preslenmiş olmalı ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir özellikte olmalı
14. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalı ve raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı
15. Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalı
16. Teklif veren firmalar teklif ettikleri her kalem için en az 10 adet numune bırakmak zorundadırlar.

Prof. Dr. Abdulkadir BEDİRLİ
T.C. Gazi Hastanesi
Genel Cerrahi Öğr. Üye.
Diyarbakır, 13983/23151 Dış. No: 46684

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Mustafa...
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı