



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2189924-07-2881
Konu : 1 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Laboratuvar Depoları / İmmünooloji Laboratuvarı Şişli
Son Teslim Tarih & Saat : 16/07/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 11/07/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Protorma talurının aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- T1(Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazınmış, silinmiş, düzeltilmiş bulunmaması,
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verileyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (T1UBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (UTS)'ye kayıtlı ve bu kayıtlı teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkışları her kalem/kalemler için ayrı ayrı T1UBB'de/UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konularında olma şartı aranacaktır. T1UBB/UTS'ye kayıtlı, firma, bayi konularında olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***HALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
*TEKLİFLER BİRLİKTE NÜMUNE GETİRİLECEKTİR.
*ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hiasanestalinama@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Miktar	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	107-070567	ANA PROFİL BLOT.	448	TEST

Memiş COBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

2651

Opsiyon :

Teslimat :

EK :

www.hiss.gov.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 27158
İstem Tarihi : 08/07/2024
Bölüm Adı : İmmunoloji Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 08/07/2024 21:23:00

Malzeme Kodu : J07-070567
Malzeme Adı : ANA PROFİL BLOT.

TEST	MLZ.KODU
1 ANA Profil Blot (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, centromer protein B, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, AMA M2, DFS70, Anti-Mi-2 Antikoru, Anti-Ku Antikoru)	J07-070567

1. ANA Profil Blot (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, centromer protein B, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, AMA M2, DFS70, Anti-Mi-2 Antikoru, Anti-Ku Antikoru) testi için tekli stripler halinde olan kitler teklif edilmeli ve her test için her strip yukarıda belirtilen antijenler ile ayrı ayrı kaplı olmalıdır. Antijenler, bağlanmış tüm antikolar aynı strip üzerinde ve eş zamanlı olarak görülebilmelidir. Stripler üzerinde kontrol bandı veya pozitif kontrol bandı mutlaka bulunmalıdır.

2. ANA Profil Blot (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, centromer protein B, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, AMA M2, DFS70 ,Anti-Mi-2 Antikoru, Anti-Ku Antikoru) testi için gerektiğinde stripleri otomatik olarak değerlendiren, toplu ve tek tek hasta bazında rapor verebilen bir bilgisayar değerlendirme programı bulunmalı ve bu program için gerekli tüm donanım-ekipmanlar (bilgisayar ve yazıcı dahil çevre birimleri) ilgili firma tarafından ihale bitiminden itibaren 30 gün içerisinde kit karşılığı bedelsiz olarak ve çalışır durumda temin edilmeli ve kurulmalıdır. Bütün donanım-ekipmanın ihalenin sonuçlandığı tarihten itibaren kitlerin bitimine kadar laboratuvarımızın kullanımında kalacağı kabul edilmelidir.

3. Testleri sağlayacak olan firma, toplamda en az 40 serum çalışabilecek şekilde otomatik veya yarı otomatik blot cihazını ihale bitiminden itibaren 30 gün içerisinde bedelsiz kit karşılığı olarak ve çalışır durumda temin edecektir. Bütün donanım-ekipmanın ihalenin sonuçlandığı tarihten itibaren kitlerin bitimine kadar laboratuvarımızın kullanımında kalacağı kabul edilmelidir.

4. Dış kalite kontrol serumları ve gerekiyorsa ilgili bağlantılar ihaleyi kazanan firma tarafından sağlanacaktır.

5. Kitlerin teslim alındığı tarihten itibaren +4°C'de en az 6 ay raf ömrü olmalıdır.

6. Teklif edilen kitlerin, üretici firma ülkesinde bulunan serolojik testlerin yapıldığı merkezlerde kullanılmasına müsaade edildiğine dair, o ülkenin yetkili biriminden alınmış ve Türk yetkili kurumlarınca onaylandığını gösterir belgesi

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Uyolog Süleyman BALCI
Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. İsmail KARAKUS
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İmmünoloji Anabilim Dalı
Dip. Mes. No: 23062
Uz. Dr. No: 2708
Sayfa 1 of 2

Prof. Dr. E. Ümit BAĞRIAÇIK
Gazi Univ. Tıp Fak.
İmmünoloji ABD
Dip. Mes. No: 85BA033

bulunmalıdır.

7. Kitlerin zamanında getirilmemesinden veya kitlerin bozuk çıkmasından veya sistemden kaynaklanan tüm zararların (o gün içerisinde çalışılması gereken serumların zorunlu olarak başka laboratuvarlarda ücretli çalıştırılması gibi) temsilci firma tarafından karşılanacağı kabul edilmelidir. Kit çalışmadığı takdirde, firma tarafından ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilmelidir.

8. Teslim alınan bütün kitler için geçerli olarak; kit içerisinde bulunan konjugat, substrat, kontrol, standart vs. solüsyonların veya eşdeğeri maddeler eksiksiz ve çalışır olmalıdır. Eksik malzeme veya renk değişimi, partikül oluşumu vs. gibi bozuk ürünler yenisi ile 24 saat içerisinde değiştirilmelidir.

9. Kitin çalışma yöntemi ile ilgili prospektüsü net, çelişkisiz ve anlaşılır olmalıdır. Bu konudaki sorunlar 24 saat içerisinde firma tarafından çözülmelidir. Kitlerin çalışması sırasında testin geçerli olduğunu gösteren değerler ("validasyon" kriterleri) prospektüsünde açıkça belirtilmiş olmalıdır. Kitlerin kullanım talimatnameleri doğrultusunda yapılan çalışmada her defasında blank, cut-off, standartlar veya negatif-pozitif kontroller bu kriterleri sağlamalıdır. Kullanıcı hatası olmaksızın kriterler sağlanamadığında tüm zararların temsilci firma tarafından karşılanacağı kabul edilmelidir.

10. Kit teslimatının herhangi bir döneminde, üretici firmanın üretimi durdurması, farklı özellikteki kit üretimine geçmesi (jenerasyon, reagentlerde veya metotta değişiklik) ya da kit teslimatı aracı firma tarafından yapılıyor ise farklı marka kit getirilmesi gibi durumlarda değişikliğin kabulü için laboratuvar sorumlularından onay alınma şartı kabul edilmelidir.

11. Testlerin çalışması için gerekli olan bütün donanımın ihalenin sonuçlandığı tarihten itibaren alınan kitlerin tükenmesine kadar laboratuvarımızın kullanımında kalacağı kabul edilmelidir.

12. Komple sistem aksesuarları her türlü fabrikasyon hatalarına ve kullanım sırasında çıkabilecek sorunlara karşı ücretsiz servis ve bakım garantisine sahip olmalı ve bu doğrultuda gerekli hizmetleri firma sağlamalıdır.

13. İlgili maddelerde belirtilen cihazların yedek parça dahil bakımı ve onarımı firma tarafından ücretsiz olarak 3 gün içerisinde yapılmalıdır ve bu sürede yapılamadığında 15 gün içerisinde çalışır durumda yeni bir cihaz getirilmelidir.

14. Testlerin çalışması için gerekli olan bütün sarf malzemeleri kitlerle birlikte verilmelidir.

15. Firma/firmaların teklif ettiği testler için laboratuvar yönetiminin uygun bulduğu bir eksternal kalite kontrol programına katılımı sağlaması gerekmektedir. Kalite kontrol programları kitler kullanıldığı sürece devam edecek ve masrafları firma tarafından karşılanacaktır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Biyolog Süleyman BALCI
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Prof. Dr. Reyhan KARAKUŞ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İmmünojenetik Anabilim Dalı
Sayfa 2 of 2
Uzm. Tescil No: 57708

Prof. Dr. E. Ümit BAĞRIAÇIK
Gazi Üniv. Tıp Fak.
Tıbbi Mikrobiyoloji ABD
Diploma No: 87281033