



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
SATINALMA İSTEK BELGESİ

Fikret KARAKAYA
Tekniker



Telefon No : 26620
İşlem Tarihi : 25/12/2024

İstem No	29190	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Biyomedikal Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri		İstem Yapan Kullanıcı	Uğur ÜNAL			Kullanım Süresi	

İdari Depolar ihtiyacı olan Hastanemiz Hematoloji Yoğun Bakım Ünitesi için aşağıdaki malzemelerin/himmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasını yaptırılmasına emir ve müddetli arz ederim

İstem Bilgileri		Sut Bilgileri		Son Alış Bilgileri		Stok Bilgileri		Tüketim Bilgileri		Alım Şekli					
Kısım Kodu	Malın/işin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	SA Birim Fiyatı	Merkez Ist.Depo Stok	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.				
1	0	J06-063658	DEFİBRİLATOR BATAKYASI.	0	1	ADET	09/12/2024	9600	0	1	1	9	2	4	1

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ Hastanemiz Hematoloji Yoğun Bakım Ünitesi

DEPO GÖRÜŞÜ

Taşınır Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi

İhan Kayit Yetkilisi

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

20.12.2024
27.12.2024
Hemşirelik Hizmetleri Müdürüğü
Faturalandırma Müdürüğü
Stok Analiz ve Kontrol Müdürüğü
Satınalma Komisyon Başkanı

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi
E Blok 1.Kat.06500 Beşevler/ANKARA
Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38

NOT:Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.

*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir./Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir.
*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir./Tüketim miktarları;"Hastaya Çıkış"; "Depo Çıkış"; ve "Sarf Çıkış" türlerinden oluşmaktadır.

DEFİBRİLATÖR CİHAZI BATARYA ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İstekliler tarafından teklif edilecek batarya Mindray marka beneheart D6 model defibrilatör cihazına uyumlu olacaktır.
- 2- DC 14.8V 4500mAh 66.6w özelliğinde olacaktır.
- 3- Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 4- Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 5- Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Teslim edilecek defibrilatör cihazı bataryası orijinal olacaktır.
- 7- Yüklenici defibrilatör cihazı bataryası depoya teslim edilmeden önce, defibrilatör cihazı bataryasının orijinal olduğuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 8- Defibrilatör cihazı bataryası ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
- 9- Üretim tarihinden itibaren 6 ay geçmemiş olacaktır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Ömer UYURCA
Tekniker

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Gökhan ÖZASLAN
Teknisyen