



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 227/2024-10-3542
Konu : 1 Kalem matzeme alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stoju
Son Teslim Tarih & Saat : 08/10/2024 17:00:00
İlan Tarihi : 04/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen matzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Proförma fatüranın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhtale dökülümünün tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen matzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazını silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticareti unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilere imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeveyekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen matzemelerin, idarenin kesin siparişine mütakatp teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklife yer alacaktır.
ÜBB kodu: T.C. İçişleri Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına (TİÜBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİÜBB' de/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİÜBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermede, yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösteren , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLAÇAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARINI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞCA BELİRTMEYECİKTİR.
TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLMEMEYECİKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :.naslansatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M Kodu	Matzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-012117	OR3970 EMİLEMEYEN TEK YÜZLÜ YAMA, 250 cm² ve ÜZERİ	30	ADET

Mengüş COBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

3542

Opsiyon :

Teslimat :

EK :

www.ihis.gazi.edu.tr
Şarhname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

**J01-012117 EMİLEMEYEN TEK YÜZLÜ YAMA POLİPROPİLEN MESH TEKNİK
ÖZELLİKLERİ
(OR3970)**

1. Mesh monofilament polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.
2. Mesh 45x30 cm (+/- 5 cm) ebatlarında olmalıdır.
3. Mesh'in lif kalınlığı 0.15mm (± 0.01) olmalıdır.
4. Mesh'in ağırlığı 69gr/m² (± 1 gr/m²) olmalıdır.
5. Mesh'in gözenek genişliği 1.8mmx2.0mm (± 0.1 mm) olmalıdır.
6. Mesh spesifik örgü tekniği sayesinde kesim gerektirdiğinde partikül bırakmamalıdır.
7. Mesh kasık ve ventral fitik onarımlarında gerek açık gerek ise laparoskopik olarak uygulanabilir olmalıdır.
8. Mesh iso-elastikiyete sahip olmalı ve her istikamette yerleştirilebilir olmalıdır.
9. Mesh'in kenarları atravmatik olmalıdır.
10. Mesh tek kullanımlık olmalıdır.
11. Tekli veya üçlü paket ihtiva eden kutularda ambalajlanmış olmalı içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir.
12. Karton mesh ambalajının üzerinde, ürün ismi, ürün kodu, ürün ebatı, ürün açılımı, ürün lot numarası, sterilite ce amblemi ve son kullanım tarihini gösterir bir etiket bulunmalıdır.
13. Mesh etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
14. Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait prospektüste Türkçe açıklama olmalıdır.
15. En az iki yıl miadı olmalıdır.
16. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

Ebru GÜNEŞKARAVELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu

Doç. Dr. Erhan DEMİRDAG
T.C.Gazi Üni. Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Dip. No: 105745 D. Tesc. No: 138036