



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

Memur ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Miktar	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	JOB-011289	HEMAGUARD Tüp STRATIL 1.6 ML (SVYAH KAPAKLI)	50000	ADET

İstem No/Alım No : 227/2024-10-3580

Konu : 1 kalem malzeme alımı

Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoku

Son Teslim Tarih & Saat : 15/10/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 14/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Profforma fatüranın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazınmış, silinmiş, düzeltilmiş bulunmaması,
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecektir FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idaremin kesin siparişine, mültekip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB kodu, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ünsal Bilgi Bankasına (TTÜBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TTÜBB'de/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTÜBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösteren, Ünsal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLER BİRLİKTE NÜMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULÜNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hasanesatinalma@gazi.edu.tr

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
MERKEZ HEMATOLOJİ HEMOSTAZ LABORATUVARI
SEDİMANASYON TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname 18 ana maddeden oluşmakta olup, Sedimentasyon Testi karşılığında alınacak olan Sedimentasyon Tüpü ve Otomatik Sedimentasyon Cihazlarını tanımlamaktadır.

- 1- Satın alınacak sedimentasyon testi karşılığında aşağıda özellikleri yazılı olan sedimentasyon tüpü ve 2 (iki) adet otomatik sedimentasyon cihazı verilecektir.
- 2- Teklif edilen tüpler, vakumlu olacak ve hastanemizde kullanılan vakumlu kan alma sistemi ile uyumlu olacaktır. Tüplerin içi steril olacak ve üzerindeki etikette katalog numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, üretici firma logosu, içindeki kimyasal madde ve kaç ml kan çektiği yazılı olacaktır.
- 3- Sedimentasyon tüplerinin üzerinde, içerisine alınabilecek kan miktarının seviyesi işaretli olacaktır.
- 4- Sedimentasyon tüplerinin, Hastanemiz kan alma ünitesinde, vakum özellikleri, kan alma kolaylığı ve Hastane kan alma sistemine uygunluğu test edilecek, uygun olmayanlar kabul edilmeyecektir.
- 5- Sedimentasyon tüpleri ile birlikte aşağıda özellikleri belirtilen ve halen üretimde olan, 2 (iki) adet otomatik sedimentasyon cihazı verilecektir.
 - 5.1. Cihazlar teklif edilen tüplerle test çalışmasına uygun olacaktır.
 - 5.2. Cihazların her birinin hızı en az 80 test/saat olacaktır.
 - 5.3. Cihazlar 1 saatlik sedimentasyon sonucunu verebilecek özellikte olacaklardır.
 - 5.4. Cihazlar, hatalarda kullanıcıyı haberdar edecek bir uyarı sistemine sahip olacaklardır.
 - 5.5. Cihazlara, ard arda ve mevcut çalışmalarını durdurmadan örnek yüklenmesine devam edilebilecektir.
 - 5.6. Cihazların maksimum okuma sınırı en az 140 mm/saat olacaktır.
 - 5.7. Cihazlarda, test sonuçlarını hem ekrandan gözlemlenebilecek hem de kağıt çıktısı olarak alınabilecektir.
 - 5.8. Cihazlar hastanemizde kullanılan merkezi otomasyon programı ile host bağlantısı yapabilecek özellikte olacaktır.
 - 5.9. Daha önceden bir kullanılmış olan cihazların teklif edilmesi halinde cihazların arıza tutanakları sunulacak, ayda arka arkaya 2'den veya yılda toplam 12'den fazla arıza yapmış cihazlar kabul edilmeyecektir. Sunulan arıza tutanaklarının cihazın kullanılmış olduğu laboratuvarın sorumlusu tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
- 6- Cihazların kullanımı devam ettiği sürece rutin kullanımda gerekli olabilecek tüm sarf malzemeler (printer kağıdı, kartuş vs.) firma tarafından ücretsiz karşılanacaktır.
- 7- Yüklenici Firma en az 3 aylık gereksinimi sağlayacak miktarda tüp ve sarf malzemeyi Hastane genel deposunda hazır bulunduracaktır.
- 8- Cihazların, yedek parça dahil tüm bakım ve onarımları, cihazların kullanımı devam ettiği sürece ücretsiz yapılacaktır.

Prof. Dr. Zühre KAYA
Merkez Hematoloji ve Hemostaz
Laboratuvarı Sorumlusu

Prof. Dr. Özlem GÜLBAHAR
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlar
Sorumlusu

- 9- Teklif edilen cihazlar, eğer son iki sene içerisinde laboratuvarımızda tanıtımı yapılmamışsa, ihale sonuçlandırılmadan önce laboratuvarımızda kurulum tanıtımı yapılacak, westergren metodu ile karşılaştırmalı test çalışması yapılacaktır. Bu nedenle tanıtım sırasında kullanılmak üzere yeterli sayıda westergren metodu ile çalışma malzemeleri firma tarafından getirilecektir. Karşılaştırmalı test çalışmalarında cihaz sonuçları ile westergren metodu sonuçları arasında %10'dan fazla fark çıkan cihazlar kabul edilmeyecektir.
- 10- Tüp kullanımı devam ettiği sürece cihazlar laboratuvarımızda çalışacaktır.
- 11- Cihazlarla birlikte teklif edilen tüplerin yapısına uygun, bir adet mixer ücretsiz olarak verilecektir.
- 12- Cihazların montajı, yerleşimi ve rutin kullanımı için gereken tüm Laboratuvar tesisatı (elektrik, alt yapı, tezgah, soğutma vb.) firma tarafından yapılacaktır.
- 13- Her cihazın modeline uygun olarak ve düzenli bir şekilde, günlük çalışılabilecek miktarda kontrol kanı verilecektir.
- 14- Cihazların rutin bakım, onarım ve kalibrasyonları firma tarafından yapılacaktır. Arızalara, en geç arıza bildirimini izleyen 2 saat içinde müdahale edilecek, tatil günleri ve hafta sonları dahil 24 saat sürekli teknik servis hizmeti verilecektir. Bu amaçla Ankara yerleşkeli teknik servisi bulunduğu belgelenecek ya da sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 (yirmi) takvim günü içerisinde Ankara'da teknik servis kurulacağına dair taahhütname verilecektir. Teknik servis ekibinden en az 1 (bir) personelin, kimlik bilgileri, ihale tarihinden önceki en son döneme ait SGK bildireleri ve üretici firma tarafından verilmiş olan ve teklif edilen cihazların teknik özellikleri, bakımı ve onarımı konusunda eğitim almış olduğuna dair sertifikaları verilecektir.
- 15- 7 gün süreyle giderilemeyen cihaz arızasının olduğu durumlarda, en geç bir hafta içerisinde arızalı cihazın yerine, aynı özelliklere sahip cihaz ekstra bir ücret talep edilmeksizin laboratuvarımızda kurularak aksaksız ve eksiksiz çalışır hale getirilecektir. Bu süre içerisinde testler kurumun belirleyeceği bir merkezde firma tarafından çalıştırılacak ve sonuçları aynı gün laboratuvarımıza ulaştırılacaktır.
- 16- Laboratuvarında çalışan tüm personele, cihazların bakımı ve kullanımına yönelik eğitimler, firma uzman eğitmeni tarafından ücretsiz olarak verilecektir.
- 17- Tüm cihazlar için, Hastanemiz Merkez Hematoloji Laboratuvarı test sonuçlarının elektronik ortamda iletişimini sağlayan otomasyon sistemi ile bağlantı kurulması, yazılımların sağlanması ve bunun için gerekli olabilecek tüm malzemelerin (PC, kablo, barkod okuyucusu vs) temini firmanın sorumluluğunda olacaktır. Cihazların kurulumuyla birlikte otomasyon bağlantısı tamamlanmış olacaktır. Host bağlantısı için getirilecek bilgisayar daha önce hiç kullanılmamış olacaktır.
- 18- Cihazların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belge sunulacaktır. Cihazların orijinal operasyon el kitabı ve Türkçe kullanım kılavuzu verilecektir.

Prof. Dr. Zühre KAYA
Merkez Hematoloji ve Hemostaz
Laboratuvarı Sorumlusu

Prof. Dr. Özlem GÜLBAHAR
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlar
Sorumlusu