



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alınm No : 227/3024-10-3581
Konu : 2 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane 2(Kıvc) Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 15/10/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 14/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Proje/ama faaliyetleri kapsamında şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması;
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi;
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması;
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilmeli, birim fiyatların rakamla ve yazıyla yazılması;
- 5- Üzerinde kazınmış silinti, düzeltme bulunmaması;
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması;
- 7- Teklif verilmeyecektir FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi;
- 8- Teklif verilen malzemelerin, tedarikçinin siparişine mütakatlı teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB kodu, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİUBB'de ve ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduğunuzu gösteren, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYELİDİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hasanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mi Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01F-158	GHC1620 TORAKS GÖĞÜS TÜPÜ (PVC) NO:16	100	ADET
2	J01-012438	GHC1620 TORAKS GÖĞÜS TÜPÜ (PVC) NO:12	50	ADET

Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD


3581


Opsiyon :
Teslimat :
EK :
www.hiss.gazi.edu.tr
Şemsiye Eki Dosyada Sunulmaktadır.

1

**TORAKS KATETER
GENİŞLEYEN UÇ – DÜZ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**


1. 16 - 16 ch dış çaplı olmalıdır.
2. Hortum uzunluğu boyunca radyopak çizgi içermelidir.
3. Uç kısmı yuvarlatılmış ve delik olmalıdır.
4. Uç kısmında 6 delik olmalı ve bunlar sarmal bir yapıda olmalıdır.
5. Uzunlukları 50- 52 cm olmalıdır.
6. Konnektörle birleşen kısmı 64°'lik bir açı ile kesilmiş olmalıdır.
7. Tüp göğüs şişesine hava almayacak şekilde yada küçük gelmeyecek şekilde kesilmiş olmalıdır.
8. Son delikten itibaren 2'şer cm ara ile 26 cm'e kadar işaretlendirilmiş olmalıdır.
9. Etilen oksit ile steril edilerek çiftli ambalajlarda muhafaza edilmiş olmalıdır.
9. Ürünün UBB Kaydı olmalıdır.
10. Bölüm numune gördükten sonra karar verilecektir.



Prof. Dr. Gürsel İzzet ÖZTÜRK
T.C. G.Ü. T.F. G. Hastanesi
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. No: 97834-105197


Doç. Dr. Abdullah ÖZER
T.C. G.Ü. T.F. G. Hastanesi
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. No: 97834-105197

TORAKS KATETER GENİŞLEYEN UÇ – DÜZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 12 - 14 ch dış çaplı olmalıdır.
2. Hortum uzunluğu boyunca radyopak çizgi içermelidir.
3. Uç kısmı yuvarlatılmış ve delik olmalıdır.
4. Uç kısmında 6 delik olmalı ve bunlar sarmal bir yapıda olmalıdır.
5. Uzunlukları 50- 52 cm olmalıdır.
6. Konnektörle birleşen kısmı 64°'lik bir açı ile kesilmiş olmalıdır.
7. Tüp göğüs şişesine hava almayacak şekilde yada küçük gelmeyecek şekilde kesilmiş olmalıdır.
8. Son delikten itibaren 2'şer cm ara ile 26 cm'e kadar işaretlendirilmiş olmalıdır.
9. Etilen oksit ile steril edilerek çiftli ambalajlarda muhafaza edilmiş olmalıdır.
9. Ürünün UBB Kaydı olmalıdır.
10. Bölüm numune gördükten sonra karar verilecektir.


Prof. Dr. Güneş Arvend ÖZTAR
T.C. G.Ü.T.T.F.
Kalp Damar Cerrahisi
Dip.No: 97334-105197


Doç. Dr. Abdullah ÖZER
T.C. G.Ü.T.T.F.
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.
Dip. Tesc. No: 97334-105197