



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İslem No/Alın No : 22B024-10-3586  
Konu : 1 kalem malzeme alımı  
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stoju  
Son Teslim Tarih & Saat : 15/10/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 14/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturamız aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verildi, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazınılı, silinli, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticareti unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişlerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.  
ÜBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTÜBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye, kayıtlı ve bu kayıt teklif tarifi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkış her kalem /kelimeler için ayrı ayrı TTÜBB' de/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTÜBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduğunu gösterir , Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIÇA BELİRTMEKTEKTİR.  
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA :hasanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Miktar	Miktar	Birim
1	101-0TGT192	BİPOLAR BAYONET FORCEPS TİPİ KOİTER UCU (REUSABLE)	30 ADET

3586  
Mems ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

EK :


www.hsis.gazi.edu.tr  
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

001-016192

## NON STICK BİPOLAR FORCEPS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek bipolar forsepsler ergonomik tasarıma sahip olmalı, kontrolü dengeli ve konforlu olmalıdır. Mikrocerrahi ameliyatları için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek bipolar forsepsler dokuda minimum tahrif gerçekleştirilmelidir.
3. Teklif edilecek bipolar forsepsler boy, model ve tip ölçüleri açısından zengin seçeneklere sahip olmalıdır.
4. Teklif edilecek bipolar forsepsler cerrahi işlem sırasında görüş açısını daraltmaması için bayonet olmalıdır.
5. Teklif edilecek bipolar forseps modelleri değişik boy ve ebatlarda aktif uç çeşidine sahip olmalıdır.
6. Bipolar forsepsler çift iğne girişli olmalıdır.
7. Forseps uçları kesinlikle yapışmaz ve iyi iletken özellikte olmalıdır. Bu özelliği aktif uç kısmının gümüş yapısı ile sağlamalıdır.
8. Teklif edilecek ürün birçok bipolar cihaz ile çalışabilir özellikte olmalı ve değişik cihazlar için bağlantı kablolarının mevcudiyeti ispatlanmalıdır.
9. Teklif edilecek olan ürünün aktif uçları gümüş alaşımli ve sağlam olmalıdır.
10. Teklif edilecek bipolar forseps tipleri ısıyı iyi iletmelidir.
11. Teklif edilecek bipolar forseps tipleri kaplama olmamalı, tamamen orijinal gümüş alaşımli olmalıdır.
12. Teklif edilecek bipolar forsepslerin gövdesi paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Yalıtkan malzeme tabakası otoklavda zarar görmez yapıda olmalıdır.
13. Teklif edilecek bipolar forsepsler reusable olmalı ve otoklavda steril edilebilmelidir.
14. Her forseps ile sterilizasyonda forsepsin ucuna takılarak kullanılacak ve otoklava dayanıklı orijinal silikon tip koruyucusu verilmelidir.
15. Aşağıda listelenen ebatların tamamı aynı firma üretiminde bulunmalı ve bu ebatlar orijinal kataloglar ile ispatlanmalıdır. Özellikleri sayılan ürünlerin ölçü ve miktarı aşağıdaki gibidir.

- 17cm 0.4mm bipolar forseps 10 Adet
- 20cm 0.4mm bipolar forseps 10 Adet
- 20cm 0.7mm bipolar forseps 10 Adet



Prof. Dr. A. Memduh KAYMAZ  
T.C. B.U.T.F. Gazi Hastanesi  
BEYİN VE SINIR CERRAHİSİ  
Diploma No: 413  
Diy. Mes. 54472

