



TC  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İHTİYAÇ LİSTESİ

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2293024-10-3716  
Konu : 3 kalem malzeme alımı  
Talep Eden Birim : Yoğun Bakım Depoları / Postanestsizik Yoğun Bakım Ünitesi  
Son Teslim Tarihi & Saati : 28/10/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 28/10/2024

Memiş COBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

S.No	Mikodu	Malzeme Adı/Birimliği	Miktar	Birim
1	S-010561	OR2000 ADAPTOR (KOLOSTOMI/ÜROSTOMI/LEOSTOMI TORBASİ İÇİN) (3A)	120	ADET
2	S-012338	OR2030 KOLOSTOMI TORBASİ (ADAPTOR İÇİN) (FİLTRE DAHİL)	120	ADET
3	J01-011658	OR2070 KOLOSTOMI/ÜROSTOMI PASTASI 60 GR	50	ADET

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıdaki cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmaktadır. Protorma fatüranın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazılı yazılması,
- 5-Üzerinde Kazını, silini, düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekte FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu, T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem/kalem için ayrı ayrı TTTUBB' da/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösteren , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR YERGİ NUMARALARINI AÇIĞÇA BELİRTMEYECİKTİR.  
TEKLİFLE BİRLİKTE NÜMUNE GÖNDERİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAVENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA :hasanesatinalma@gazi.edu.tr



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1

İstem Tarihi : 16/10/2024

Döküm Tarihi : 16/10/2024 12:41:00

Bölüm Adı : Postanestezi Yoğun Bakım Ünitesi

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

S-012338

OR2030 KOLOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL)

ADAPTÖRLÜ SİSTEM İÇİN ALTTAN BOŞALTMALI KOLOSTOMİ TORBA ŞARTNAMESİ

1. Torbalar, gaita birikimini engelleyebilmek için alttan boşaltılabilir olmalıdır.
2. Herbir torba kendinden klipsli olmalıdır.
3. Torbalar terlemeyi ve hisirtiyi önleyici 5 kat film tabakasından imal edilmiş olmalıdır.
4. Torbalar şeffaf olmalıdır.
5. Torbalar kendinden filtreli olmalıdır.
6. İstenildiğinde kemer takılabilecek bağlantı yerleri olmalıdır.
7. Torba boyu 60 mm ( +/- 10 mm) olup adaptörlerle uyumlu boyutlarda olmalıdır.
8. Numune görülmesi gerekmektedir.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Servis Ünite Sorumlu Hemşiresi ESRA KARATAŞ  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Doç. Dr. Hasatı Kutluk DİMPAL  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Anestezi Yoğun ve Reanimasyon  
Dip.No: 11907 / Dip Tan. No: 90346



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1  
İstem Tarihi : 16/10/2024  
Bölüm Adı : Postanestezi Yoğun Bakım Ünitesi

Döküm Tarihi : 16/10/2024 12:42:00

Malzeme Kodu : J01-011658  
Malzeme Adı : OR2070 KOLOSTOMİ-ÜROSTOMİ PASTASI 60 GR.

KOLOSTOMİ ÜROSTOMİ İÇİN PASTA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ciltteki ve stomadaki nemi emerek peristomal cildin kuru kalmasını sağlamalı.
2. Peristomal cildi olası sızıntılardan korumak için stoma-adaptör ve stoma- torba arasında kullanılabilir.
3. Her bir tüp 60gr olmalıdır.
4. Cilt üzerindeki kırışıklık, irritasyon, allerjik durumlara bağlı gelişen yüzeysel düzensizlikleri kapatmalı ve adaptör veya torbanın stoma bölgesine gereken adaptasyonunu sağlamalıdır.
5. İçeriğinde yara iyileşmesini hızlandıran hidrokolloidler bulunmalıdır.
6. Yapışma ve bariyer sağlama özelliği için içerisinde az miktarda alkol bulunmalı.
7. İçerisinde 3 ayrı hidrokolloid ( NaCMC, JELATİN VE PETKİN ) bulunmalıdır.
8. En az %35 hidrokolloid içermelidir.
9. Cilt ile torba veya adaptör arasında sızdırmazlık sağlamalıdır.
10. Kısa sürede kolayca uygulanabilmeli
11. Numune görülmesi gerekmektedir.

HAZIRLAYANLAR

*[Signature]*  
Servis Ünite Sorumlu Hemşiresi  
ESRA KARATAŞ  
Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

ONAYLAYAN

*[Signature]*  
Doç. Dr. Hasan KARATAŞ  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Diy. No: 11.687 Din. Tes. No: 90346



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1

İstem Tarihi : 16/10/2024

Döküm Tarihi : 16/10/2024 12:41:00

Bölüm Adı : Postanestezi Yoğun Bakım Ünitesi

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

S-010581

OR2000 ADAPTÖR (KOLOSTOMİ/ÜROSTOMİ/İLEOSTOMİ TORBASI İÇİN) (3/A)

ADAPTÖRLÜ SİSTEM İÇİN ADAPTÖR ŞARTNAMESİ

- 1- Her adaptör, kullanıcının stoma çapına göre ayarlanabilmesi için kesilebilir özellikte olmalıdır.
- 2- Yapışkan kısım güvenlik için merkezi olarak yerleştirilmiş düşük profilli bir plastik ile esnek bir destekleyici tarafından ( stomahesive) yapışkan diskten oluşmalıdır.
- 3- Adaptörlerin vücuda yapışan kısmı ( stomahesive) jelatin (%20) petkin (%20) sodyum karboksimetilselüloz (%20) ve polisobülitin (%40) den imal edilmiş olmalı böylece vücutta yara, kaşıntı, alerji oluşumuna meydan vermemeli, oluşun tahrişleri iyileştirici özelliğe sahip olmalıdır.
- 4-Stomahesive kısım, ileostomi ve ürostomiden kaynaklı tahriş edici sekresyonların vücuda temasına engel olacak yoğunlukta olmalı böylece adaptör hiç bir sorunla karşılaşmaksızın ve hiç bir yan ürün kullanmaksızın ( pasta, yapıştırıcı, koruyucu ve temizleyici gibi ) vücutta en az 3 gün kalabilmelidir.
- 5-Cilde yapışan adhesive adaptör parça, kullanıcının hareket kabiliyetini engellemeyecek derecede, polietilen yapıda, oldukça esnek olmalıdır.
- 6- Adaptör, torbaya kolaylıkla takılabilir çit çitli sisteme sahip olmalıdır.
- 7- Adaptör ve torba birbirine uyumlu olmalıdır.
- 8- Derinin doğal PH sını korumalıdır. ( PH =6,1)
- 9- Derinin optimum ısısını korumalıdır. ( 35,2)
- 10- Adaptörler 60mm ( +/- 10 mm) boyutlarında olmalıdır.
- 11- İstendiğinde kemer takılabilecek bağlantı yerleri olmalıdır.
- 12- Numune görülmesi gerekmektedir.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Doc. Dr. Hasan Kuduk PAMPAL  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Dış No: 11077 Dış Tes. No: 90346