



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 229/2024-10-3764
Konu : 1 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depları / Ameliyathane Stoku
Son Teslim Tarih & Saat : 01/11/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 31/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Protorma tauranın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Salın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazınılı, silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkilili kişi/lerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajına ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarifi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı TITUBB' de/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye, yetkilili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTECEKTİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NÜMUNE GÖSTERİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA : hastanesalinma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mikolu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J09-090235	BİPOLAR FORCEPS (YAPISMAZ)	10	ADET

Memur ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

3764

Opsiyon :

Teslimat :

EK :

www.ihis.gazi.edu.tr

Şartname Eki Dosyasında Sunulmaktadır.

099-290235

NON STICK BİPOLAR FORCEPS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek bipolar forsepsler ergonomik tasarıma sahip olmalı, kontrolü dengeli ve konforlu olmalıdır. Mikrocerrahi ameliyatları için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek bipolar forsepsler dokuda minimum tahrif gerçekleştirmelidir.
3. Teklif edilecek bipolar forsepsler boy, model ve tip ölçüleri açısından zengin seçeneklere sahip olmalıdır.
4. Teklif edilecek bipolar forsepsler cerrahi işlem sırasında görüş açısını daraltmaması için bayonet olmalıdır.
5. Teklif edilecek bipolar forseps modelleri değişik boy ve ebatlarda aktif uç çeşidine sahip olmalıdır.
6. Bipolar forsepsler çift iğne girişli olmalıdır.
7. Forseps uçları kesinlikle yapışmaz ve iyi iletken özellikte olmalıdır. Bu özelliği aktif uç kısmının gümüş yapısı ile sağlamalıdır.
8. Teklif edilecek ürün birçok bipolar cihaz ile çalışabilir özellikte olmalı ve değişik cihazlar için bağlantı kablolarının mevcudiyeti ispatlanmalıdır.
9. Teklif edilecek olan ürünün aktif uçları gümüş alaşımlı ve sağlam olmalıdır.
10. Teklif edilecek bipolar forseps tipleri ısıyı iyi iletmelidir.
11. Teklif edilecek bipolar forseps tipleri kaplama olmamalı, tamamen orijinal gümüş alaşımlı olmalıdır.
12. Teklif edilecek bipolar forsepslerin gövdesi paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Yalıtkan malzeme tabakası otoklavda zarar görmez yapıda olmalıdır.
13. Teklif edilecek bipolar forsepsler reusable olmalı ve otoklavda steril edilebilmelidir.
14. Her forseps ile sterilizasyonda forsepsin ucuna takılarak kullanılacak ve otoklava dayanıklı orijinal silikon tip koruyucusu verilmelidir.
15. Aşağıda listelenen ebatların tamamı aynı firma üretiminde bulunmalı ve bu ebatlar orijinal kataloglar ile ispatlanmalıdır. Özellikleri sayılan ürünlerin ölçü ve miktarı aşağıdaki gibidir.

• 20cm 0.4mm bipolar forseps

10 adet

Prof. Dr. Mustafa Emin YAMAN
Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. No: 93768 Dip. Tes. No: 125727

Prof. Dr. Bulak KARASLAN
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. No: C1 1186 Dip. Tes. No: 130750