



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 23682025-01-100
Konu : Çocuk Hemodinami Laboratuvarı için 2 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı
Talep Eden Birim : Laboratuvar Depoları / Çocuk Hemodinami Şoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 22/01/2025 17:00:00
İlan Tarihi : 20/01/2025

Sağlık Uygulama ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proförma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin ,idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin tekliif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt tekliif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLIŞI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-014406	KR1029 GEÇİCİ PACE MAKER ELEKTRODU 5 F. 125 CM.	5	ADET
2	J01-01G495	KR1103 KATETER ANJİYOGRAFI ÖRGÜLÜ YÜMÜŞAK UÇLU NO:5F MPA 1.	10	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihbis.gazi.edu.tr
Şarhname Ektir Dosyada Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29286
İstem Tarihi : 07/01/2025
Bölüm Adı : Çocuk Hemodinami Stoğu

Döküm Tarihi : 07/01/2025 13:23:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-014406 KR1029 GEÇİCİ PACE MAKER ELEKTRODU 5 F. 125 CM.

- 1- Sağ ventrikülün geçici olarak pace edilmesinde kullanılacaktır.
- 2- Elektrotun distal ucunda "tip" ve "ring" elektrodları bulunmalıdır. Elektrod bipolar olmalıdır.
- 3- Proksimal ucunda negatif ve pozitif 2 (iki) ayrı ucu bulunacaktır.
- 4- Yumuşak meteryalden yapılmış olacaktır.
- 5- Radyopak olmalıdır.
- 6- Steril orijinal ambalajında olacaktır.
- 7- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır.
- 8- Teslim tarihinden itibaren en az 18 (onsekiz) ay miatlı olacaktır.
- 9- Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Dr. Lazgin Tunçar
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Kardiyoloji B.D.
Dip. Tes. No: 71085

Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Çocuk Kardiyoloji B.D.
Uzm. Dr. Gizem KARKIN
Dip. Tes. No: 193300

ONAYLAYAN

Hemşire Gülçin ARAS

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29286
İstem Tarihi : 07/01/2025
Bölüm Adı : Çocuk Hemodinami Stoğu

Döküm Tarihi : 07/01/2025 13:24:00

Malzeme Kodu : J01-01G495
Malzeme Adı : KR1103 KATETER ANJİYOGRAFI ÖRGÜLÜ YUMUŞAK UÇLU NO:5F MPA1.

- 1- Koroner anjiyografide kullanılacaktır.
- 2- Esnek ve yumuşak bir materyalden yapılmış olacaktır.
- 3- Önceden şekillendirilmiş uçlarının (memory) damara girişte yönlendirilirken guide-wire ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli aynı materyalden hafızası olacaktır.
- 4- Kateterin ucu **multipurpose** biçiminde olacaktır.
- 5- Mükemmel torque (döndürme) kontrollü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin ucu hariç kenar duvarları örgülü çelik telle beslenmiş olacaktır.
- 6- Kateter 1:1 torque (döndürme) kabiliyetine sahip olmalıdır.
- 7- Kateterin bağlantı ucu "Luerlock" sistemine uygun olacaktır ve üzerinde FRENCH numarası belirtilmiş olacaktır.
- 8- Kateter steril, orjinal ambalajında teslim edilecektir.
- 9- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır. Teslim tarihinden itibaren enaz 128(onsekiz) ay miatlı olacaktır.
- 10- Kateterler 0.038 (sıfır nokta sıfır otuzsekiz) guide-wire ile kullanılacaktır.
- 11- Kateterler 5 F çapında olacaktır.
- 12- Uzunluğu 90-110 cm olmalıdır.
- 13- Kateterler şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
- 14- Kateterin CE belgesi olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Dr. Lazgün Tuncar
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Kardiyoloji B.D.
Dip. Tes. No: 171085

Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Çocuk Kardiyoloji B.D.
Uzm. Dr. Gizem KARKIN
Dip. Tes. No: 193300

ONAYLAYAN

Hemşire Gülcin ARAS

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi