



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 235 2024-12-4097  
Konu : 4 Kalem malzeme alımı  
Talep Eden Birim : Poliklinik Depo/ani / K.H.D. Polikliniği Stajü  
Son Teslim Tarihi & Saat : 03/12/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 02/12/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Profomu faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Adı ,soyadı veya ticareti unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-İklif verilmişyeksake FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıtlı teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB'da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedavici firma ve bayi konurunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konurunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedavici veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLAÇAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYELİDİR.  
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULÜNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİVAÇ LİSTESİ

S.No	Miktar	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	20	101-01C745 LOOP UÇ (10X10 MM)	20	ADET
2	10000	101-014116 VAJİNAL PROB KILFI	10000	ADET
3	500	108-010870 EKUVYON ÇUBUĞU (NON STERİL PAMUK UÇLU)	500	ADET
4	500	108-087916 LAM SAKLAMA KABİ (DISPOSABLE)	500	ADET

Mahiş ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :  
www.ihis.gazi.edu.tr  
Şarhname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28868  
İstem Tarihi : 25/11/2024  
Bölüm Adı : K.H.D. Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 25/11/2024 10:23:00

Malzeme Kodu : J01-01C745  
Malzeme Adı : LOOP UÇ (10X10 MM.)

LOOP UÇ 10X10 mm TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Elektrod, transformasyon bölgesinin loop eksizyonu için kullanılmaya uygun olmalıdır.
- 2-Elektrodun genişliği 10 mm, derinliği 10 mm olmalıdır.
- 3-Elektrodun kesici kısmı 0.2 mm çapında Tungsten telden mamül olmalıdır.
- 4-Uç kısmı cerraha daha iyi görüntü sağlamak amacıyla Y şeklinde olmalıdır.
- 5-Elektrodun kesme derinliğini ayarlayabilmek için şeffaf plastikten özel bir "T" adaptörü olmalıdır.Kesme derinliğini gösteren işaretler 2-10 mm arasında 2 mm lik aralıklarla elektrod gövdesinde bulunmalıdır.
- 6-Elektrod standart 3/32" elektrokoter kalemine uygun olmalıdır.
- 7-Elektrod steril poşet içinde tek kullanımlık olmalıdır.
- 8-En az iki yıl garantisi olmalıdır.
- 9-EO ile steril edilmiş olmalı, sterilasyon süresi alımdan itibaren en az üç olmalıdır.

Prof. Dr. A. BOSTANCI  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Kadın Hastalıkları ve Doğum  
Dip. No: 31100000000000000000  
Dip. Tescil No: 43712

Dr. Öğr. Üyesi A. BOSTANCI  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.  
Dip. Tesc. No: 131537

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28868  
İstem Tarihi : 25/11/2024  
Bölüm Adı : K.H.D. Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 25/11/2024 10:23:00

Malzeme Kodu : J01-014116  
Malzeme Adı : VAJİNAL PROB KILIFI

VAGİNAL PROB KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Latex içerikli ve antialerjik yapıda olmalıdır.
- 2-Yeterli derecede esnekliğe sahip olmalıdır.
- 3-Tek kullanımlık olmalıdır.
- 4-Transvajinal proba uygun olmalıdır.
- 5-Ürünün CE belgesi ve UTS kayıtlı olmalıdır.
- 6-Üretim ve son kullanma tarihi poşetin üstünde yazılı olmalıdır.
- 7-Numune gönderilmelidir.
- 8- Raf ömrü en az 2-3 yıl olmalıdır.
- 9-Kılıf uzunluğu en az 195 mm çapı da 33mm olmalıdır
- 10-Ultrason prob koruyucu kılıf özelliği olmalıdır.
- 11-Ürün kayganlaştırıcı jel ihtiva etmemelidir.

Prof. Dr. Hüsnü S. ÖZGÜR  
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Kadın Hast. ve Doğum A.D. başkanı  
Dip. No: 87/A2-091  
Dip. Tescil No: 43712

Doç. Dr. Esra K. ÖZGÜR  
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak.  
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.  
Dip. Tescil No: 131537

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28868  
İstem Tarihi : 25/11/2024  
Bölüm Adı : K.H.D. Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 25/11/2024 10:23:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J08-010870	EKÜVYON ÇUBUĞU (NON STERİL PAMUK UÇLU)

**Nonsteril Eküvyon (Pamuk Uçlu) Şartnamesi**

- 1- Pamuk uçlu swab şeklinde olmalıdır.
- 2- Sağlam yuvarlak tahta gövdeye sahip olmalıdır.
- 3- Tahta çubuğun ucu pamukla sarılmış olmalıdır.
- 4- Her türlü klinik numune alınmasına uygun olmalıdır.
- 5- Yuvarlak çubuğu en az 3 mm çapında ve en az 15 cm uzunluğunda olmalıdır.

Dr. Ahmet ERENİM  
T.C. Gazi Üniversitesi Sağlık Fak. Hast.  
Kadın Hast. ve Doğum A.B.D. Başkanı  
Dip. No: 131532  
Dip. Teselli No: 43712

Doç. Dr. Esra İŞÇİ BOŞANCI  
T.C. G. Ü. T.F. Gazi Hastanesi  
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.  
Dip. Tes. No: 131532

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN



T.C  
GAZI ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28868  
İstem Tarihi : 25/11/2024  
Bölüm Adı : K.H.D. Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 25/11/2024 10:24:00

**Malzeme Kodu**      **Malzeme Adı**  
J08-087916      LAM SAKLAMA KABI (DİSPOSAPLE)


Lam saklama ve Taşıma Kutusu(Disposable)


1-Lam saklama ve taşıma kabı 1 ya da 2 lam için,

2-Hava delikli olmalıdır.

3- Polipropilen olmalıdır.

4- Taşıma sırasında içinde bulunan lam'ın kırılmasına engel olacak şekilde kapaklı olmalıdır

  
Prof. Dr. Ahmet ERDEM  
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Kadın Hast. ve Doğum A.B.D. Başkanı  
Dip. No: 57/MA-081  
Dip. Teslim No: 43/12

  
Doç. Dr. Esra İsmailoğlu  
T.C. G.Ü.T.F. G.Ü. Hast.  
Kadın Hast. ve Doğum A.B.D.  
Dip. No: 13153

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Hemşire Ükü AKBUDAK KURTÇU

Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi