



T.C.
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 23/2025-01-120
Konu : Viroloji Laboratuvarı İçin Pneumonia Hızlı Test Paneli Alımı
Talep Eden Birim : Laboratuvar Depoları / Viroloji Laboratuvarı Şoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 24/01/2025 17:00:00
İlan Tarihi : 23/01/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceksse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) vevveya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir . Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***HALE YASAKLIŞI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECİKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J07-077864	PNEUMONIA HIZLI TEST PANELİ	60	TEST

Memis ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihisis.gazi.edu.tr
Şartname Eklî Dosyada Sunulmaktadır.

PNEUMONİAE HIZLI TEST PANELİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek Pneumoniae Paneli, viral veya bakteriyel nükleik asitlerin varlığına yönelik Pneumoniae enfeksiyonu şüphesi olan hastalardan alınan Balgam ve BAL örneklerinin analiz edilmesini sağlayacak nitel bir test olmalıdır.
2. Test sayısının %10 fazlası kadar Laboratuvar tarafından uygun görülecek marka swap ve VTM ücretsiz olarak teslim edilecektir.
3. Teklif edilecek sistem ile numune yükleme işleminin ardından nükleik asit izolasyonu ve Multipleks PCR gibi aşamalar otomatik gerçekleştirilmeli ve cihaza yüklenip çalıştırdıktan sonra herhangi bir manuel müdahaleye gerek duyulmamalıdır.
4. Teklif edilecek sistem, entegre nükleik asit ekstraksiyonu ve multipleks PCR tespiti özelliğindeki kartuş/poşet formatında olmalıdır.
5. Test her hastaya özel, kontaminasyon riski olmayan tek kullanımlık kapalı bir test olmalıdır.
6. Test, çalışılacak sistem ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır.
7. Teklif edilecek sistemle çalışılacak kartuş/poşetler saklama ve sevkiyat kolaylığı açısından oda sıcaklığında depolanabilir olmalıdır.
8. Teklif edilecek kit içerisinde sıvı numunenin kartuş/poşete dağıtılması için tüm transfer pipetleri ayrı ayrı ambalajlı şekilde kutu içinde bulunmalıdır.
9. Test yaklaşık 75 dakika içinde sonuç verebilmelidir. Testin çalışıldığı cihaz yazılımı süreci (Ct değeri ve/veya Amplifikasyon eğrisi ve/veya melting curve analizi) göstermeli ve sonucu analiz edip raporlayabilmelidir (gerçek zamanlı PCR veya Nested PCR).
10. Teklif edilecek Pneumoniae Paneli ile; Adenovirüs, Coronavirus, Human metapneumovirus, Human rhinovirus/enterovirus, Influenza A virüs, Influenza B virüs, Parainfluenza virüs, Respiratory syncytial virüs, *Acinetobacter calcoaceticus-baumannii* complex, *Enterobacter cloacae* complex, *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Klebsiella aerogenes*, *Klebsiella oxytoca*, *Klebsiella pneumoniae* group, *Moraxella catarrhalis*, *Proteus* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia marcescens*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*, *Chlamydia pneumoniae*, *Legionella pneumophila*, *Mycoplasma pneumoniae* patojenleri ve (IMP, KPC, NDM, OXA-48-like, VIM, CTX-M, *mecA/C* ve MREJ (MRSA) Antimikrobiyal Direnç Genleri saptanabilmelidir.
11. Teklif edilecek sistemde modül sayısı hasta kapasitesine göre ihtiyaç halinde arttırılabilmelidir.
12. Sistemin kullanımı için gerekli tüm eğitimler firma tarafından sağlanmalıdır.
13. Test FDA veya CE-IVD onaylı olmalıdır.
14. Teklif veren firmalar üretici firmanın yetkili temsilcisi olmalı veya Türkiye'de distribütör tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Ayşe SAHİR
Gazi Ünl. Tıp Fak. Hastahesi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D.
Din. Tes. No: 134015

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Mustafa
Gazi Ünl. Tıp Fak. Hastahesi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D.
Din. Tes. No: 134015