



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 237/2025-01-121
Konu : Erişkin Beslenme Destek Birimi İçin Enteral Beslenme Pompa Seti Alımı
Talep Eden Birim : Servis Depoları / Erişkin Beslenme Destek Birimi Şişi
Son Teslim Tarih & Saat : 23/01/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 23/01/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturamız aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceks FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu: T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı 'TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEKTEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :haslanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-010607	OR1520 ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI)	3000	ADET

Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihis.gazi.edu.tr
Şartname Ekl. Dosyada Sunulmaktadır.

ENTERAL BESLENME TORBALI SET ŞARTNAMESİ

- 1-Setle beslenme torbası birleşik olmalıdır.
- 2-Setin torba kısmı en az 1200 cc hacme sahip olmalıdır.
- 3-Setin üzerinde bir adet ayar klempsi olmalıdır.
- 4- Setin ucunda bağlantı yapmak için Y konnektör bulunmalıdır. Y konnektör, uluslararası standartlara uygun olacak şekilde Enfit özelliğinde olmalıdır.
- 5- Pompa setinin uç kısmında bir adet Enfit adaptörü ve her türden NG ye uyması için bir adet çam ağacı adaptör bulunmalıdır. Çam ağacı adaptörünün kapağı bulunmalıdır.
- 6- Torba ve set düzenli besin akımı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 7- Pompa 5 ml/saatten başlayarak istenilen miktarda besini verebilecek kapasitede olmalıdır.
- 8- Setin üzerinde ilaçları verebilmek için ayrı bir giriş bulunmalıdır ve bu giriş hastanede kullanılan enjektörlerle (normal uçlu enjektör) uyumlu olmalıdır veya enjektörle uyumlu hale getirilecek parça sete eklenmelidir.
- 9- Setler ve kullanılan pompalar kalibre edilebilir ve kalibrasyonunun rapor halinde sunulması gerekir.
- 10- Enteral pompa setleri ile birlikte hastanemizde ihtiyacı olan kliniklerin taleplerini karşılamak üzere en az yüzelli (150) adet enteral pompa kullanıma bırakılacaktır.
- 11- Enteral pompaların eğitim, bakım ve onarımları ücretsiz olarak ihaleyi kazanan firma tarafından yapılacaktır. Arızalanan cihazların tamir süresinin 24 saati geçmesi halinde ilgili kliniğe yedek pompa temin edilecektir.
- 12- Setler steril tekli paketlerde bulunmalıdır.
- 13- Setler tekli disposable paketlerde teslim edilmelidir ve steril olmalıdır.
- 14-Setlerin son kullanım tarihinin dolmasına en az 2 yıl kalmış olmalıdır.
15. Setler uygulayıcısı tarafından incelenecek ve uygunluğuna öyle karar verilecektir.

Prof. Dr. Meliha TÜRKÖĞLU
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gazi Hastanesi
İç Hastalıkları Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. No: 98-001434-141-İsp. No: 86958

Neu. Necer Nil
DEMİR
NIR