



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 237 2025-01-131
Konu : İşleme ve Konuşma Merkezi için 2 Kalem ABR Elektrodu Alımı
Talep Eden Birim : İdari Depolar / İşleme Ve Konuşma Merkezi Şişli
Son Teslim Tarih & Saat : 24/01/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 23/01/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Profforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu,T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLIŞI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-010138	ABR ELEKTRODU (ÇİT ÇİTLİ)	1000	ADET
2	J01-01F793	ABR ELEKTRODU (ÇİT ÇİTSİZ)	1000	ADET

Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MİDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihis.gazi.edu.tr
Şartname Eklî Dosyada Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1
İstem Tarihi : 03/01/2025
Bölüm Adı : İşitme Ve Konuşma Merkezi Stoğu

Döküm Tarihi : 03/01/2025 16:24:00

Malzeme Kodu : J01-010138
Malzeme Adı : ABR ELEKTRODU (ÇİT ÇİTLİ)

SNAP ELEKTRODE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- BİR PAKETTE 60 ADET OLMALIDIR.
- 34mm x 22mm ÖLÇÜLERİNDE OLMALIDIR.
- SENSÖR ÇAPI 10.59mm ÖLÇÜLERİNDE OLMALIDIR.
- HİDROJELLİ OLMALIDIR.
- YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA TESTİNDE KULLANILMAYA UYGUN OLMALIDIR
- ISO10993 STANDARTINA UYGUN OLMALIDIR.
- LATEX İÇERMEMELİDİR.
- 1 KARTTA 3 ADET OLMALIDIR.
- YAPISI POLYESTER OLMALIDIR.
- TEK KULLANIMLIK OLMALIDIR.
- SENSOR Silver/Silver chloride (Ag/AgCl) OLMALIDIR.

HAZIRLAYANLAR

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
K.B.B. A.B.D. Odyoloji B.D.
Uzm. Ody. Elçin ORÇAN
Dip.No: 932

ONAYLAYAN

Öğr.Gör.Dr. Elçin ORÇAN
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1
İstem Tarihi : 03/01/2025
Bölüm Adı : İşitme Ve Konuşma Merkezi Stoğu

Döküm Tarihi : 03/01/2025 16:24:00

Malzeme Kodu : J01-01F793
Malzeme Adı : ABR ELEKTRODU (ÇİT ÇİTSİZ)

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Kliniğimizde kullanılan ABR cihazlarıyla %100 uyumlu olmalıdır.
2. Pakette 3 adet elektrot olmalıdır.
3. Elektrotlar kendinden yapışkanlı ve yapışkanlılık yüzeyi çok yüksek olmalıdır.
4. Elektrotların hasta cildine yapışan yüzü hidrojel yapıda olmalıdır.
5. Elektrotlar disposable (tek kullanımlık) olmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
7. Elektrotlar orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Bir Elektrotlar yüz ergonomisine uygun olmalıdır.
8. Satın alma sırasında mutlaka denenmesi için elektrod numunesi bırakılmalıdır.
9. Klinik ve Bölümden onayı mutlaka alınmalıdır.
10. Elektrotlar disposable (tek kullanımlık) ve çitçitsiz olmalıdır

HAZIRLAYANLAR

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
K.B.B. A.B.D Odyoloji B.D
Uzm. Ody. Elçin ORÇAN
Dip.No: 932

ONAYLAYAN

Öğr.Gör.Dr. Elçin ORÇAN
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi