



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İslem No/Alım No : 23/ 2025-01-134
Konu : 1 kalem makzeme alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 27/01/2025 17:00:00
İlan Tarihi : 23/01/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen makzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturamın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen makzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalajı şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazını silinli düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticareti unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyeceksé FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen makzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TTTUBB' de/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedatıçı firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedatıçı veya bayi olduğunu gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEKTEDİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hasanesatirnalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Makzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01G291	KİMYASALLARA DAYANIKLI UZUN KÖNÇÜLÜ ELĐVĐN (DISPOSABLE)	30	ADET

Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihiss.gazi.edu.tr
Şartname Eklisi Dosyasında Sunulmaktadır.

**J01-01G291 KİMYASALLARA DAYANIKLI KORUYUCU ELDİVEN
(DISPOSABLE)**

1. Eldiven, kimyasallara karşı kullanıma uygun olmalı ve gerekli bariyeri sağlamalıdır. Kimyasal dayanıklılığı yüksek olması sebebiyle non-steril şekilde nitrilden üretilmiş olmalıdır.
2. Eldiven, konç kısmı gereken korumayı oluşturması için min. 400 mm uzunluğunda olmalıdır. Test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
3. Eldiven, EN374, ISO EN374-5, EN374-1:2016, ASTM-D3577 ve EN420 standartlarına göre üretilmiş olmalı. CE category III Kişisel Koruma Sınıfı (PPE, Personal Protection Equipment) olmalıdır. Test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
4. Üretici firma, eldivenin yoğunlukla kullanılan Sodium Hydroxide 40%, Formaldehyde37% gibi kimyasallara karşı test ettirmiş olmalı ve min. 480 dakika geçirim göstermediğine dair direnç testlerini ihale dosyasında hastaneye sunmalıdır.
5. Eldiven ISO 9001 ve ISO16604 üretim standartlarına sahip olmalıdır. Test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
6. Eldivenin sağlamlığı açısından, nihai gerilme kuvveti, yaşlandırmadan önce ve yaşlandırmadan sonra minimum 14MPa olmalıdır. Test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
7. Eldiven manipulasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle avuç içi kalınlığı 0.120 mm (+/- 0.05mm) olmalıdır.
8. Eldiven kontaminasyon riskini azaltmak ve paket deformasyon risklerini engellemek amacıyla 100'lük poly paketlerde, her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.
9. Eldiven 10 kutu small, 10 kutu medium, 20 kutu large boylarında teslim edilecektir.
10. Eldivenin AQL (Acceptable Quality Level) seviyesi 1,5 olmalıdır.
11. Eldiven, pudra içermemelidir.
12. Eldivenin raf ömrü min. 2 yıl olmalıdır.
13. Eldivenin ambalajı üzerinde kesinlikle yırtık, delik benzeri deformasyon bulunmamalıdır.
14. Ürün seçimine numune değerlendirilerek yapılacaktır.

Ebru GÜDÜŞ KARAVELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu

T.C. GÜCÜ
ANKARA VE DEĞERLENDİRME
Etilim ve Değerlendirme
Etilim No: 4044