



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 237 2025-01-135  
Konu : Ameliyathane Ünitesi için 4 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı  
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stöğü  
Son Teslim Tarih & Saat : 24/01/2025 17:00:00  
İlan Tarihi : 23/01/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilemeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı 'TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.  
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA :hasitanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-011606	PTFE KOTER KALEM UCU (6-8 CM.)	500	ADET
2	J01-011607	PTFE KOTER KALEM UCU (9-12 CM.)	250	ADET
3	J01-013125	UR1030 İRİRİGAŞYON BAĞLANTI TUPU	500	ADET
4	J01-016350	OR4490 EMİLEBİLEN SELÜLOZ KANAMA DURDURUCU 5X7.5 CM.	250	ADET

Memiş ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :

www.ihisiz.gazi.edu.tr  
Şartname Eklî Dosyada Sunulmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29429  
İstem Tarihi : 20/01/2025  
Bölüm Adı : Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 20/01/2025 11:21:00

1

**Malzeme Kodu** : J01-011606  
**Malzeme Adı** : PTFE KOTER KALEM UCU (6-8 CM.)

- 1.Uç kısmı üç köşegenli dikey ve yatay şekilde olup konveksiyonel açılı NEŞTER özelliği taşıyor olmalıdır.
- 2.Disposable olmalıdır.
- 3.Uç kısmı bölümün istediği ebatlarda (+/- 0,5) 6-8 cm olmalıdır.
- 4.Uç kısmı PTFE (teflon) kaplı olmalıdır.
- 5.Kalemin ucunda bulunan ucun açılı neşter kesi yapma özelliği olmalıdır. Kuagulasyon ve koterizasyon yapılırken bu açı operatörün istediği açıyı almalıdır. Operatör kullanım anında ace bladeyi istediği şekle getirebilmelidir.
- 6.Uç temizlenirken zımpara ya da bistüri kullanılmamalı, gazlı bez ya da nemli temizlenebilmelidir.
- 7.Numuneler kullanıldıktan sonra karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.
- 8.En az 3 yıl miadı olmalıdır.
- 9.Ethilen oksit ile steril edilebilmelidir.

HAZIRLAYANLAR		ONAYLAYAN
	 Aydın YAVUZ Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Dip. No: 148193	

Hemşire EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



## TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ


İstem No : 29429  
İstem Tarihi : 20/01/2025  
Bölüm Adı : Ameliyathane Stoğu


Döküm Tarihi : 20/01/2025 11:23:00



**Malzeme Kodu** : J01-011607  
**Malzeme Adı** : PTFE KOTER KALEM UCU (9-12 CM.)

- 1.Uç kısmı üç köşegenli dikey ve yatay şekilde olup konveksiyonel açılı NEŞTER özelliği taşıyor olmalıdır.
- 2.Disposable olmalıdır.
- 3.Uç kısmı bölümün istediği ebatlarda (+/- 0,5) 9-12 cm olmalıdır.
- 4.Uç kısmı PTFE (teflon) kaplı olmalıdır.
- 5.Kalemin ucunda bulunan ucun açılı neşter kesi yapma özelliği olmalıdır. Kuagulasyon ve koterizasyon yapılırken bu açı operatörün istediği açıyı almalıdır. Operatör kullanım anında ace bladeyi istediği şekle getirebilmelidir.
- 6.Uç temizlenirken zımpara ya da bistüri kullanılmamalı, gazlı bez ya da nemli temizlenebilmelidir.
- 7.Numuneler kullanıldıktan sonra karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.
- 8.En az 3 yıl miadı olmalıdır.
- 9.Ethilen oksit ile steril edilebilmelidir.

  
Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ  
Ameliyathane Birim Sorumlusu

  
Doç. Dr. Aydın YAVUZ  
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Genel Cerrahi Anabilim Dalı  
Fak. Tes. No: 148193

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Hemşire EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ  
Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

3

İstem No : 29429  
İstem Tarihi : 20/01/2025  
Bölüm Adı : Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 20/01/2025 11:24:00

Malzeme Kodu : J01-013125  
Malzeme Adı : UR1030 İRRİGASYON BAĞLANTI TUPÜ

TRANSÜRETRAL REZEKSİYON VE URETERORENOSKOPI İRRİGASYON SETİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hava girişsiz delme uçları olmalıdır. (TUR irrigasyon sıvılarının giriş yerine uygun)
2. Açma kapama klipsler Y'nin her üç kolunda da bulunmalıdır.
3. Uzun kol üzerinde gerektiğinde akımı artırmak için sıkımaya uygun puar bulunmalıdır.
4. Puardan sonraki distal uç rezeksiyon sistemine bağlanacak şekilde yumuşak hortumlu veya luer-lock kilit sistemine sahip olmalıdır.
5. Tüm sistem en az 200 cm uzunlukta olmalıdır.
6. Hortum kalınlığı yeterli irrigasyonu sağlayacak çapta olmalıdır.
7. Sistem steril pakette ve en az 1 yıl miatla olmalıdır.
8. Ürünün UBB kaydı ve SUT Kodu olmalıdır.
9. Teklif ile birlikte bir numune verilmelidir. Numuneler klinik tarafından ameliyatta denenecektir.
- 10.
- 11.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ Ameliyathane Birim Sorumlusu</p> <p>Doç. Dr. Aydın YAVUZ Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast. Genel Cerrahi Anabilim Dalı E-posta No: 148193</p>	

Hemşire EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ  
Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

4

İstem No : 29429  
İstem Tarihi : 20/01/2025  
Bölüm Adı : Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 20/01/2025 11:25:00

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J01-016350

OR4490 EMİLEBİLEN SELÜLOZ KANAMA DURDURUCU 5X7.5 CM.

1. Malzeme okside olmuş rejenere selülozdan yapılmıştır.
2. Malzeme en az 5cmx7,5cm ebatlarındadır.
3. Vücut içinde bırakılabilir.
4. Bitkisel kaynaklıdır. Hayvan yada insan bazlı kontaminan içermez.
5. Malzeme ulaşılması zor alanlarda küçük parçalar halinde kopartılıp, ayrıştırılarak, ped halinde, yuvarlanarak ve tabakalar halinde kullanılabilir.
6. Nöroşirürji ameliyatlarında beyin dokusunu travma etmeyecek şekilde yumuşaktır ve kolay şekil verilebilir.
7. Eldivene ve cerrahi aletlere yapışmaz ve malzemeyle beraber koter kullanımı sağlanabilir.
8. Geniş bir bakterid etkiye sahiptir.
9. Emilebilen özelliktedir
10. Hemostaz sağlar.
11. Malzeme hemen kullanıma hazırdır ve ıslatılma ,karıştırma gibi ön hazırlığa gerek kalmaz.
12. Birim Ambalaj:Malzemenin kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde ambalajlanmıştır.. Bir adet = Bir poşettir.
13. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmıştır.
  - a. İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı,
  - b. Sterilite ibaresi, sterilizasyon metodu,
  - c. Son kullanma tarihi
  - d. UBB barkodu
  - e. Lot numarası yazılıdır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Dr. Aydın YAVUZ  
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Cerrahi Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 148193

Hemşire EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ

Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

14. Kutu Ambalaj : Ambalajlama ařađıda belirtilen özelliklere sahiptir.

a. İçerisinde birim ambalajdan kaç adet olduđu belirtilmiştir.

b. Seri veya kontrol numarası vardır.


c. Kutu ambalajın üzerinde, birim ambalajın üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı vardır.

d. Kutular, depolama ve taşıma şartlarında kullanım anına kadar sterilitesini koruyacak şekilde ambalajlanmıştır.

15. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Deđerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

### HAZIRLAYANLAR

  
Ebru GÜMÜŐ KARAVELİ  
Ameliyathane Birim  
Sorumlusu

  
Dr. Aydın YAVUZ  
Gaziantep Üp Fak. Hast.  
Ortalı Anabilim Dalı  
No: 148193

### ONAYLAYAN

Hemőire EBRU GÜMÜŐ KARAVELİ

Gazi Üniversitesi Sađlık Arařtırma ve Uygulama Merkezi